

éprouvette graduée classe B, forme haute

• DIN EN ISO 4788



volume	graduation ml	H mm	couleur graduations	1 éprouvette classe B	/ lot	couleur graduations	2 éprouvette classe B	/ lot
5 ml	0,1	115	□ blanc	—	—	■ ambre	1021-7300	/2
10 ml	0,2	140	□ blanc	1037-0141	/2	■ ambre	1183-4150	/2
25 ml	0,5	170	□ blanc	1188-8331	/2	■ ambre	1187-3980	/2
50 ml	1	200	□ blanc	1189-8331	/2	■ ambre	1189-3980	/2
100 ml	1	260	□ blanc	1035-0241	/2	■ ambre	1181-3990	/2
250 ml	2	335	□ blanc	1180-8341	/2	■ ambre	1177-8138	/2
500 ml	5	365	□ blanc	1181-8341	/2	■ ambre	1184-3990	/2
1000 ml	10	465	□ blanc	1046-0561	/1	■ ambre	1051-9871	/1
2000 ml	20	505	□ blanc	1018-5730	/1	■ ambre	1052-9871	/1



1 verre borosilicaté 2 verre borosilicaté

éprouvette classe B Duran®

• conforme DIN 12680-1 • verre borosilicaté Duran® calibré • haute résistance chimique • graduations bleues
• verre borosilicaté C -40°C $+125^{\circ}\text{C}$

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	3 éprouvette forme haute	/ lot	volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	4 éprouvette forme basse	/ lot
5 ml	0,1	±0,075	13 x 115	1179-6482	/2	10 ml	1	±0,3	21 x 100	1171-6682	/2
10 ml	0,2	±0,15	14 x 140	1173-8021	/2	25 ml	1	±0,5	25 x 120	1170-6692	/2
25 ml	0,5	±0,375	21 x 170	1174-8021	/2	50 ml	2	±1,0	29 x 145	1171-6692	/2
50 ml	1	±0,75	25 x 200	1175-8021	/2	100 ml	2	±1,0	39 x 160	1172-6692	/2
100 ml	1	±0,75	29 x 260	1176-8021	/2	250 ml	5	±2,0	54 x 190	1173-6692	/2
250 ml	2	±1,5	39 x 335	1177-8021	/2	500 ml	10	±5,0	65 x 255	1174-6692	/2
500 ml	5	±3,75	53 x 390	1178-8021	/2	1000 ml	20	±10,0	85 x 295	1034-4361	/1
1000 ml	10	±7,5	65 x 470	1057-3661	/1	2000 ml	50	±20,0	105 x 325	1024-2951	/1
2000 ml	20	±15	85 x 570	1066-8051	/1						

éprouvette col rodé classe B Duran®

• conforme DIN EN ISO 4788
• verre borosilicaté Duran® calibré
• bouchon rodé polyéthylène PE • haute résistance chimique
• graduations bleues • verre borosilicaté C -40°C $+125^{\circ}\text{C}$

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	5 éprouvette classe B	/ lot
10 ml	0,2	±0,15	16 x 160	1189-2851	/2
25 ml	0,5	±0,375	22 x 193	1180-2861	/2
50 ml	1	±0,75	25 x 226	1181-2861	/2
100 ml	1	±0,75	29 x 290	1182-2861	/2
250 ml	2	±1,5	39 x 367	1183-2861	/2
500 ml	5	±3,75	54 x 425	1184-2861	/2
1000 ml	10	±7,5	66 x 510	1038-5511	/1
2000 ml	20	±15	85 x 610	1007-9730	/1

éprouvette forme basse classe B

• conforme ISO 4788 • base hexagonale
• verre borosilicaté • graduations bleues

Fisherbrand®

volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	6 éprouvette classe A	/ lot
10 ml	1	±0,3	18 x 75	1190-2158	/2
25 ml	1	±0,5	22 x 107	1191-2158	/2
50 ml	1	±1,0	32 x 150	1192-2158	/2
100 ml	2	±1,0	42 x 170	1193-2158	/2
250 ml	5	±2,0	54 x 235	1194-2158	/2
500 ml	10	±5,0	69 x 280	1195-2158	/2
1000 ml	20	±10,0	85 x 340	1196-2158	/2

éprouvette classe B spécial gaucher

• conforme ISO 4788 • base hexagonale
• verre borosilicaté • graduations bleues

Fisherbrand®

Les graduations restent visibles quand l'éprouvette est prise avec la main gauche.

volume	graduation ml	tolérance ml	Ø x H mm	7 éprouvette classe B	/ lot
10 ml	0,2	±0,2	16 x 140	1197-2158	/2
25 ml	0,5	±0,5	22 x 170	1198-2158	/2
50 ml	1	±1,0	26 x 200	1199-2158	/2
100 ml	1	±1,0	32 x 245	1190-2168	/2
250 ml	2	±2,0	42 x 325	1191-2168	/2



3 verre Duran®



5 verre sodocalcique



7



4 verre Duran®



6