





pipette graduée classe B

• écoulement partiel • DIN EN ISO 835:2007

MBL®

Graduations ambrées.

volume	graduation ml	tolérance ml	durée écoulement, s	1 pipette classe B écoulement partiel	/ lot
1 ml	0,01	0,01	2-11	1259-0036	/5
2 ml	0,02	0,02	2-12	1250-0046	/5
5 ml	0,05	0,05	5-14	1251-0046	/5
10 ml	0,1	0,1	5-17	1252-0046	/5
25 ml	0,2	0,2	5-15	1253-0046	/5

pipette graduée en verre type 3 classe B

• écoulement total • zéro en haut
• DIN EN ISO 835 • verre sodocalcique
Graduations ambrées.



volume	graduation, ml	extrémité supérieure pour le coton	2 pipette graduée	/lot
0,5 ml*	0,01	non	1205-5302	/12
1 ml*	0,01	non	1206-5302	/12
1 ml*	0,01	oui	1069-3361	/12
1 ml*	0,1	non	1207-5302	/12
2 ml*	0,01	non	1177-8158	/12
2 ml*	0,02	oui	1007-8540	/12
2 ml*	0,02	non	1185-3970	/12
2 ml*	0,1	non	1208-5302	/12
5 ml	0,05	oui	1186-3970	/12
5 ml	0,1	oui	1187-3970	/12
10 ml	0,1	oui	1178-8158	/12
20 ml*	0,1	oui	1188-3970	/ 6
25 ml*	0,1	oui	1189-3970	/ 6

* en complément à la norme DIN

pipette graduée sérologique classe B

• écoulement total, zéro à la pointe
• verre sodocalcique

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

Graduations ambrées. Tampon d'ouate à partir de 5 ml. DIN EN ISO 835:2007.

volume	graduation ml	tolérance ml	longueur mm	pipette classe B écoulement total	/ lot
0,5 ml	0,01	0,0075	360	1172-6622	/12
1 ml	0,01	0,01	360	1177-7941	/12
1 ml	0,1	0,01	360	1173-6622	/12
2 ml	0,02	0,015	360	1178-7941	/12
2 ml	0,1	0,015	360	1174-6632	/12
5 ml	0,05	0,045	360	1179-7941	/12
5 ml	0,1	0,045	360	1175-6632	/12
10 ml	0,1	0,075	360	1170-7951	/12
20 ml	0,1	0,15	360	1171-7951	/ 6
25 ml	0,1	0,15	450	1172-7951	/ 6
50 ml	0,2	0,3	450	1174-2342	/ 6

pipette graduée classe B

• écoulement total, zéro à la pointe
• verre sodocalcique

Boule de sécurité. Verre de chimie.
Graduations ambrées vitrifiées.

volume	graduation ml	tolérance ml	longueur mm	pipette classe B écoulement total	/ pièce
1 ml	0,01	0,01	355	1173-2674	
1 ml	0,1	0,01	355	1174-2674	
2 ml	0,01	0,02	360	1175-2674	
2 ml	0,1	0,02	360	1176-2674	
5 ml	0,05	0,05	370	1177-2674	
5 ml	0,1	0,05	370	1178-2674	
10 ml	0,1	0,1	360	1179-2674	
20 ml	0,1	0,2	455	1170-2684	
25 ml	0,1	0,2	455	1171-2684	
50 ml	0,1	0,3	700	1172-2684	

pipette bâton graduée classe B

• ISO 835 • verre sodocalcique
• écoulement total

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

volume	graduation ml	tolérance ml	5 pipette classe B écoulement total	/ lot	pipette classe B écoulement partiel	/ lot
1 ml	0,01	0,01	1199-2168	/5	—	—
5 ml	0,05	0,05	1190-2178	/5	1193-2178	/5
10 ml	0,01	0,10	1191-2178	/5	1194-2178	/5
25 ml	0,02	0,20	1192-2178	/5	1195-2178	/5