


FICHE TECHNIQUE

Art N°: 02.1063001

Fiche créée le: 02/05/2007

Dernière modification le : 02/10/2018



Désignation commerciale : S-Monovette® 9ml + Activateur de coagulation pour sérum – Bouchon naturel – Bouchon orange

Application : Prélèvement sanguin veineux pour analyses sur sérum

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

Description : S-Monovette® 9ml pour prélèvement sanguin veineux pour analyses sur sérum

Normes et Directives : Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro conforme à la Directive 98/79/CE

Matière :	Tube	Polypropylène PP
	Bouchon	Polyéthylène haute densité HD-PE
	Membrane	Caoutchouc naturel
	Embout piston	Polyéthylène haute densité
	Tige piston	Polystyrène
	Etiquette	Papier graduée à 9ml

Additifs Billes coatées avec activateur de coagulation

Dimensions :	Hauteur totale	107mm
	Hauteur hors bouchon	92mm
	Diamètre du tube	16 mm
	Volume	9ml jaugé

: Route de Gray - Z.I. des Plantes - F 70150 Mamay - Tél. 03 84 31 95 95 - Fax 03 84 31 95 99
S.A.R.L. au capital de € 159.582 - R.C.S. 302638481 B - SIREN 302638481



Art N°: 02.1063001

Qualité biologiques :	Stérile par irradiation
Conditionnement	Carton de 10 boîtes de 50 S-Monovette® soit 500 pièces
Numéro de lot :	Situé sur carton, boîte et chaque S-Monovette®
Date limite d'utilisation	36 mois en sortie de production Situé sur carton, boîte et chaque S-Monovette®

Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Usage unique
Pour prélèvement sanguin veineux uniquement

Stocker de préférence à température ambiante 20°C +/- 5°C dans un endroit sec à l'abri des UV. Toutefois la conservation à partir de 0°C est possible à condition de bien laisser les produits revenir à leur température d'utilisation avant prélèvement

Absence de latex

Manipulations d'ouverture et fermeture sécurisées grâce au bouchon coiffant vissant, réalisables manuellement ou automatiquement sur les chaînes pré-analytiques et systèmes de débouchage ou rebouchage automatisés.

Respecter le mode d'emploi situé sur chaque boîte de S-Monovette pour le prélèvement par aspiration ou par technique sous-vide.

Bien remplir au trait de jauge 9.0ml.

Après le prélèvement, mélanger avec précaution par retournements.

Laisser reposer 30 minutes en position verticale avant centrifugation.

Centrifugation : 1.800 – 2.500g x 10 min à 18-25°C