



## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 72.704**

Fiche créée le : 21/03/2008  
Dernière modification le : 22/10/2018



**Désignation commerciale :** Microtube 0.5ml, conique, en polypropylène, cape attenante, non stérile.  
Fermeture de sécurité SafeSeal

**Application :** Techniques générales de laboratoire

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Description :** Microtube 0.5ml fond conique, gradué, avec fermeture de sécurité SafeSeal

**Normes et Directives :** Dispositif médical de Diagnostic In Vitro conforme à la Directive 98/79CE

**Matière :** Polypropylène Haute Transparence  
En conformité avec la réglementation  
FDA - 21 CFR177.1520

**Dimensions :** Hauteur totale 31mm  
Diamètre sous collerette 8mm  
Volume 0.5ml – Graduations à 0.1 ; 0.2 et 0.5ml



Page 2 sur 2 de la lettre du  
adressée à

## Art N°: 72.704

**Conditionnement :** Carton de 4 boîtes de 500 tubes (soit 2000 tubes)

**Qualités biologiques :** Non Stérile

**Numéro de lot :** Sur chaque sachet et carton

### Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Usage unique

Vitesse de centrifugation maximale : 30.000g\*

\*Conditions du test : tube rempli au volume nominal avec un liquide de densité 1.06g/ml et centrifugé à 30.000g pendant 15minutes à 20°C dans un rotor à angle fixe.