



FICHE TECHNIQUE

Art N°: 85.1019

Fiche créée le: 08/04/2010
Dernière modification le : 23/10/2018



Désignation commerciale : Lancette de sécurité « Néonatal »
Lame 1.5mm - rose

Application : Prélèvement de sang capillaire

Fabrication : En Pologne pour SARSTEDT AG & Co KG
D-51582 NUMBRECHT Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

Description : Lancette de sécurité pour prélèvement capillaire en néonatalogie par exemple.
Lame inox de 1.5mm pour une profondeur de pénétration d'environ 1.2 mm
Code couleur rose

Normes et Directives : Dispositif Médical conforme à la Directive Européenne 93/42/CE

Conditionnement : Carton de 6 boîtes de 200 lancettes soit 1200

Qualité bactériologique : Stérile par irradiation



Page Page 2 sur 3 de la lettre du
adressée à

Art N°: 85.1019

Numéro de lot : Située sur chaque boîte et carton

Date limite d'utilisation 60 mois en sortie de production
Située sur chaque boîte et carton

Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Produit à usage unique

Absence de latex

Stocker à température ambiante

Mode d'emploi : 1- Tenir le dispositif par les côtés. Ne pas toucher le bouton déclencheur.
2- Tourner le protecteur jusqu'à ce qu'il soit détaché du dispositif. **Ne pas tirer, seulement tourner.**
3- Appuyer fortement la lancette sur la zone de piqûre désinfectée puis appuyer sur le bouton déclencheur.

La lame se rétracte immédiatement après pénétration.

Eliminer en utilisant des containers adaptés.

Masser délicatement le point de piqûre (doigt par exemple) pour obtenir le volume de sang souhaité





Page Page 3 sur 3 de la lettre du
adressée à

Art N°: 85.1019

Boîte Distributrice (photo indicative pour la boîte)



Etiquette

St./pcs. 200

REF 85.1019

Safety-Lanzette Neonatal 1,5mm Klinge / Einstichtiefe 1,2mm

Safety-Lancet Neonatal 1.5mm Blade / Penetration Depth 1.2mm

Neonatal

STERILE R

CE 0197

Made in Poland

SARSTEDT
Aktiengesellschaft & Co.
D-51588 Nümbrecht
www.sarstedt.com

4 038917 085069

ht lancet 003.grs

7294