



## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 86.1251001**

Fiche créée le: 08/08/2006  
Dernière modification le : 27/09/2018



**Désignation commerciale :** Pipette graduée 1ml stérile en emballage unitaire

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Description :** Pipette de 1ml en polystyrène, cotonnée, stérile en emballage unitaire.  
Emballage pelable papier plastique antistatique  
Graduations noires de -0.3ml à +0.9ml (incrément 0.01ml)+Graduations inversées  
Code couleur jaune

**Normes et Directives :** Fabrication en conformité à la norme ISO 12771 :1997- Matériel de Laboratoire en plastique – Pipettes sérologiques à usage unique

**Matière :** Polystyrène cristal

**Dimensions :** Longueur 275mm

**Conditionnement :** Carton de 10 sachets de 100 pipettes soit 1000 pipettes



## Art N°: 86.1251001

<b>Qualités biologiques :</b>	Stérile par irradiation (EN ISO 11137) Non pyrogène (test LAL) Non cytotoxique (EN ISO 10993 – Partie 5)
<b>Numéro de lot :</b>	Situé sur carton, sachet et chaque pipette
<b>Date limite d'utilisation</b>	36 mois en sortie de production Situé sur carton, sachet et chaque pipette

### Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Article pour Usage Général de Laboratoire  
Usage unique