


Éprouvettes graduées

Marque : SCHOTT HIRSCHMANN



DURAN®, verre borosilicaté, forme basse, classe B.

Étalonnées en contenance « In »

Base hexagonale avec bec

Marques et inscriptions ambrées, graduations courtes

DIN EN ISO 4788

| Capacité | Division | Hauteur | Tolérance | Cdt | Ref UGAP | Délai de livraison | Ref fabricant | Ref VWR |
|----------|----------|---------|-----------|-----|----------|--------------------|---------------|----------|
| 1000 ml | 20 ml | 295 mm | 10,0 ± ml | 1 | 2573613 | 5 jours | 2400193 | 612-1538 |
| 100 ml | 2 ml | 160 mm | 1,0 ± ml | 2 | 2573621 | 5 jours | 2400180 | 612-1535 |
| 10 ml | 1 ml | 100 mm | 0,3 ± ml | 2 | 2573617 | 5 jours | 2400160 | 612-1532 |
| 2000 ml | 50 ml | 325 mm | 20,0 ± ml | 1 | 2573625 | 5 jours | 2400194 | 612-3103 |
| 250 ml | 5 ml | 190 mm | 2,0 ± ml | 2 | 2573631 | 5 jours | 2400186 | 612-1536 |
| 25 ml | 1 ml | 120 mm | 0,5 ± ml | 2 | 2573627 | 5 jours | 2400170 | 612-1533 |
| 500 ml | 10 ml | 255 mm | 5,0 ± ml | 2 | 2573642 | 5 jours | 2400190 | 612-1537 |
| 50 ml | 2 ml | 145 mm | 1,0 ± ml | 2 | 2573638 | 5 jours | 2400175 | 612-1534 |