

Fioles jaugées, classe A, graduation ambrée

Marque : SCHOTT HIRSCHMANN



En verre borosilicaté DURAN®, avec bouchon en PE, certifiées conformes (Marquage DE-M).

Graduation ambrée

Certificat de conformité avec identification par lots datés disponible via le site Web (www.hirschmannlab.de)

*Col large

Certifications: DIN EN ISO 1042

Capacité	RN	Tolérance	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
5* ml	10/19	0,04 ± ml	2	2578016	5 jours	2822153	612-1575
5 ml	7/16	0,025 ± ml	2	2578038	5 jours	2822152	HIRS2822152
10* ml	10/19	0,04 ± ml	2	2578015	5 jours	2822161	612-1576
10 ml	7/16	0,025 ± ml	2	2598057	10 jours	2822160	HIRS2822160
20 ml	10/19	0,04 ± ml	2	2578008	5 jours	2822165	612-1577
25 ml	10/19	0,04 ± ml	2	2578011	5 jours	2822170	612-1578
50 ml	12/21	0,06 ± ml	2	2578022	5 jours	2822175	612-1579
20* ml	12/21	0,04 ± ml	1	2578020	5 jours	2822166	HIRS2822166
50* ml	14/23	0,08 ± ml	2	2578031	5 jours	2822178	612-1580
100 ml	12/21	0,10 ± ml	2	2578019	5 jours	2822180	612-1581
100 ml	14/23	0,10 ± ml	2	2578025	5 jours	2822181	612-1582
25 ml	-	-	2	2581296	5 jours	2822171	HIRS2822171
200 ml	14/23	0,15 ± ml	2	2578027	5 jours	2822185	612-1583
250 ml	14/23	0,15 ± ml	2	2578029	5 jours	2822186	612-1584
500 ml	19/26	0,25 ± ml	2	2578033	5 jours	2822190	612-1585
1000 ml	29/32	0,60 ± ml	1	2598035	10 jours	2822192	612-5739
1000 ml	24/29	0,40 ± ml	1	2578044	5 jours	2822193	612-1586
2000 ml	29/32	0,60 ± ml	1	2578046	5 jours	2822194	612-1587
5000 ml	34/35	1,20 ± ml	1	2578047	5 jours	2822197	612-5740
10000 ml	45/40	2,00 ± ml	1	2578048	5 jours	2822198	612-5742