

Marque : VWR COLLECTION



En verre borosilicaté 3.3 ambré, classe A.

Bouchon en PE rouge

Graduations et inscriptions en émail blanc

Calibration en contenance « In »

DIN EN ISO 1042

Informations de commande: Numéro de lot et certificat inclus.



Capacité	RN	Tolérance	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
5 ml	10/19	0,04 ± ml	2	2577886	5 jours	612-3821	612-3821
10 ml	10/19	0,04 ± ml	2	2577883	5 jours	612-3822	612-3822
20 ml	10/19	0,04 ± ml	2	2577884	5 jours	612-3823	612-3823
25 ml	10/19	0,04 ± ml	2	2577885	5 jours	612-3824	612-3824
50 ml	12/21	0,06 ± ml	2	2577887	5 jours	612-3825	612-3825
100 ml	14/23	0,10 ± ml	2	2577888	5 jours	612-3826	612-3826
200 ml	14/23	0,15 ± ml	2	2577889	5 jours	612-3827	612-3827
250 ml	14/23	0,15 ± ml	2	2577890	5 jours	612-3828	612-3828
500 ml	19/26	0,25 ± ml	2	2577891	5 jours	612-3829	612-3829
1000 ml	24/29	0,40 ± ml	1	2577892	5 jours	612-3830	612-3830
2000 ml	29/32	0,60 ± ml	1	2577893	5 jours	612-3831	612-3831