



En verre borosilicaté 3.3, forme haute, classe A.

Calibrées en contenance « In »

Base en verre hexagonale avec bec

Graduations bleues avec traits de jauge aux principales graduations

Certifications: DIN 12680

Informations de commande: Numéro et un certificat de lot inclus.

Capacité	Division	Tolérance	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
5 ml	0,1 ml	0,05 ± ml	2	2573672	5 jours	612-3832	612-3832
10 ml	0,2 ml	0,1 ± ml	2	2573668	5 jours	612-3833	612-3833
25 ml	0,5 ml	0,25 ± ml	2	2573670	5 jours	612-3834	612-3834
50 ml	1 ml	0,5 ± ml	2	2573673	5 jours	612-3835	612-3835
100 ml	1 ml	0,5 ± ml	2	2573666	5 jours	612-3836	612-3836
250 ml	2 ml	1 ± ml	2	2573671	5 jours	612-3837	612-3837
500 ml	5 ml	2,5 ± ml	2	2573674	5 jours	612-3838	612-3838
1000 ml	10 ml	5 ± ml	1	2573667	5 jours	612-3839	612-3839
2000 ml	20 ml	10 ± ml	1	2573669	5 jours	612-3840	612-3840