



En verre borosilicaté, forme basse, classe B.

Base hexagonale, en verre, avec bec

Graduations ambrées à fort contraste avec anneaux de marquage aux principales graduations

Certifications: DIN 12680



Capacité	Division	Tolérance	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
10 ml	1 ml	0,3 ± ml	2	2573660	5 jours	612-3841	612-3841
25 ml	1 ml	0,5 ± ml	2	2573662	5 jours	612-3842	612-3842
50 ml	2 ml	1,0 ± ml	2	2573664	5 jours	612-3843	612-3843
100 ml	2 ml	1,0 ± ml	2	2573661	5 jours	612-3844	612-3844
250 ml	5 ml	2,0 ± ml	2	2573663	5 jours	612-3845	612-3845
500 ml	10 ml	5,0 ± ml	2	2573665	5 jours	612-3846	612-3846
1000 ml	20 ml	10,0 ± ml	1	2573659	5 jours	612-3847	612-3847