

Register your instrument!  
[www.eppendorf.com/myeppendorf](http://www.eppendorf.com/myeppendorf)



## Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2

Manuel d'utilisation

Copyright© 2016 Eppendorf AG, Germany. All rights reserved, including graphics and images. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.

epT.I.P.S.®, and Reference® 2 are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.

Registered trademarks and protected trademarks are not marked in all cases with ® or ™ in this manual.

U.S. Patents are listed on [www.eppendorf.com/ip](http://www.eppendorf.com/ip)

## Sommaire

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Notes d'application</b>                     | <b>5</b>  |
| 1.1      | Utilisation de ce manuel                       | 5         |
| 1.2      | Symboles de danger et niveaux de danger        | 5         |
| 1.2.1    | Symboles de danger                             | 5         |
| 1.2.2    | Niveaux de danger                              | 5         |
| 1.3      | Convention de représentation                   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Consignes générales de sécurité</b>         | <b>6</b>  |
| 2.1      | Utilisation appropriée                         | 6         |
| 2.2      | Dangers résultant d'une utilisation appropriée | 6         |
| <b>3</b> | <b>Désignation</b>                             | <b>8</b>  |
| 3.1      | Caractéristiques du produit                    | 8         |
| 3.1.1    | Modèles de pipettes                            | 8         |
| 3.2      | Pièces incluses dans la livraison              | 8         |
| 3.2.1    | Accessoires - pipettes monocanal               | 8         |
| 3.2.2    | Accessoires - pipettes multicanaux             | 8         |
| 3.3      | Aperçu des produits                            | 9         |
| 3.4      | Matériaux                                      | 11        |
| <b>4</b> | <b>Utilisation</b>                             | <b>12</b> |
| 4.1      | Réglage du volume                              | 12        |
| 4.2      | Mise en place des pointes de pipette           | 12        |
| 4.3      | Profondeurs d'immersion optimales              | 13        |
| 4.4      | Pipetage vers l'avant                          | 13        |
| 4.4.1    | Aspiration de liquide                          | 13        |
| 4.4.2    | Distribution de liquide                        | 13        |
| 4.4.3    | Éjecter la pointe de pipette                   | 13        |
| 4.5      | Pipetage réversible                            | 14        |
| 4.5.1    | Aspiration de liquide                          | 14        |
| 4.5.2    | Distribution de liquide                        | 14        |
| 4.5.3    | Éjection de la pointe de pipette               | 14        |
| 4.6      | Conservation de la pipette                     | 14        |
| <b>5</b> | <b>Résolution des problèmes</b>                | <b>15</b> |
| 5.1      | Appuyer le bouton de commande                  | 15        |
| 5.2      | Dosage                                         | 15        |
| 5.3      | Pointe de pipette                              | 16        |
| 5.4      | Cône d'extrémité                               | 16        |
| <b>6</b> | <b>Entretien</b>                               | <b>17</b> |
| 6.1      | Montage d'une pipette monocanal ≤ 1000 µL      | 17        |
| 6.1.1    | Retirer la partie inférieure                   | 17        |
| 6.1.2    | Démonter le corps inférieur                    | 18        |

## Sommaire

### 4 Eppendorf Reference® 2 Français (FR)

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2      | Démontage de la pipette monocanal $\geq 2$ mL                     | 18        |
| 6.2.1    | Retirer la partie inférieure                                      | 19        |
| 6.2.2    | Démonter le corps inférieur                                       | 19        |
| 6.3      | Monter une pipette monocanal $\leq 1000$ $\mu$ L                  | 20        |
| 6.4      | Monter la pipette monocanal $\geq 2$ mL                           | 20        |
| 6.4.1    | Monter la partie inférieure                                       | 20        |
| 6.4.2    | Vérifier son bon fonctionnement                                   | 20        |
| 6.5      | Remplacer le filtre de protection $\geq 2$ mL                     | 21        |
| 6.6      | Démonter la pipette multicanaux                                   | 22        |
| 6.6.1    | Retirer la partie inférieure                                      | 22        |
| 6.6.2    | Ouvrir la partie inférieure                                       | 22        |
| 6.6.3    | Démonter le canal                                                 | 22        |
| 6.6.4    | Montage du corps inférieur multicanaux                            | 23        |
| 6.6.5    | Vérifier son bon fonctionnement                                   | 23        |
| 6.7      | Remplacement du joint torique                                     | 23        |
| 6.7.1    | Retirer le joint torique                                          | 23        |
| 6.7.2    | Montage du nouveau joint torique                                  | 24        |
| 6.8      | Désactiver le réarmement des ressorts du cône d'extrémité         | 24        |
| 6.8.1    | Désactivation du ressort - pipettes monocanal $\leq 1000$ $\mu$ L | 24        |
| 6.8.2    | Désactiver le mécanisme à ressort sur les pipettes multicanaux    | 24        |
| 6.9      | Ajustage de la pipette                                            | 24        |
| 6.10     | Nettoyer                                                          | 25        |
| 6.10.1   | Nettoyage et désinfection de la pipette                           | 25        |
| 6.10.2   | Nettoyage et désinfection du corps inférieur                      | 25        |
| 6.10.3   | Stériliser la pipette aux UV                                      | 26        |
| 6.11     | Autoclaver la pipette                                             | 26        |
| 6.11.1   | Autoclavage                                                       | 26        |
| 6.12     | Décontamination avant envoi                                       | 27        |
| <b>7</b> | <b>Données techniques</b>                                         | <b>28</b> |
| 7.1      | Incréments des pipettes monocanal et multicanaux                  | 28        |
| 7.2      | Conditions ambiantes                                              | 28        |
| <b>8</b> | <b>Écarts de mesure selon Eppendorf AG</b>                        | <b>29</b> |
| 8.1      | Pipette monocanal à volume fixe                                   | 29        |
| 8.2      | Pipette monocanal à volume variable                               | 30        |
| 8.3      | Pipette multicanaux                                               | 31        |
| 8.4      | Conditions de contrôle                                            | 32        |
| <b>9</b> | <b>Nomenclature de commande</b>                                   | <b>33</b> |
| 9.1      | Pipettes monocanal à volume variable                              | 33        |
| 9.2      | Pipettes monocanal à volume fixe                                  | 33        |
| 9.3      | Pipettes multicanaux                                              | 34        |
| 9.4      | Pièces de rechange, accessoires et pointes de pipettes            | 34        |

## 1 Notes d'application

### 1.1 Utilisation de ce manuel

- ▶ Lisez intégralement le présent manuel d'utilisation avant de procéder à la première mise en service de l'appareil. Observez également les notices d'utilisation des accessoires.
- ▶ Ce manuel d'utilisation fait partie du produit. Conservez-le bien accessible.
- ▶ Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, pensez toujours à joindre le manuel d'utilisation.
- ▶ La version actuelle du manuel d'utilisation est disponible dans d'autres langues sur notre site Internet [www.eppendorf.com/manuals](http://www.eppendorf.com/manuals).

### 1.2 Symboles de danger et niveaux de danger

#### 1.2.1 Symboles de danger

Les consignes de sécurité de ce manuel contiennent les symboles de danger et niveaux de danger suivants :

|                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | Risques biologiques |   | Zone dangereuse    |
|  | Substances toxiques |  | Dommages matériels |

#### 1.2.2 Niveaux de danger

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>DANGER</b>        | <i>Va entraîner des blessures graves ou la mort.</i>          |
| <b>AVERTISSEMENT</b> | <i>Peut entraîner des blessures graves ou la mort.</i>        |
| <b>ATTENTION</b>     | <i>Peut causer des blessures de légère à moyenne gravité.</i> |
| <b>AVIS</b>          | <i>Peut causer des dégâts matériels.</i>                      |

### 1.3 Convention de représentation

| Représentation                                                                      | Signification                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.                                                                                  | Actions dans l'ordre indiqué        |
| 2.                                                                                  |                                     |
| ▶                                                                                   | Actions sans ordre indiqué          |
| •                                                                                   | Liste                               |
|  | Indique les directions du mouvement |
| <i>Texte</i>                                                                        | Texte affiché ou du logiciel        |
|  | Informations supplémentaires        |

## 2 **Consignes générales de sécurité**

### 2.1 **Utilisation appropriée**

La pipette Reference 2 est conçue et construite pour limiter les contaminations lors du transfert de liquides. Elle est destinée à être utilisée uniquement dans le domaine de la recherche. Cette pipette ne doit être utilisée qu'à l'intérieur de bâtiments et par un personnel spécialisé et formé à cet effet.

### 2.2 **Dangers résultant d'une utilisation appropriée**

---



#### **AVERTISSEMENT ! Dangers pour la santé à cause de liquides infectieux et de germes pathogènes.**

- ▶ Lors de l'utilisation de liquides infectieux et de germes pathogènes, observez les directives nationales, le niveau de sécurité biologique de votre laboratoire ainsi que les fiches de données de sécurité et les modes d'emploi des fabricants.
- ▶ Porter votre équipement de protection individuelle.
- ▶ Pour des spécifications plus détaillées par rapport au maniement de germes ou du matériel du groupe de risque II ou plus élevé, veuillez voir le manuel "Laboratory Biosafety Manual" (source : World Health Organization, Laboratory Biosafety Manual, la version actuelle respectivement valable).



#### **AVERTISSEMENT ! Dangers pour la santé à cause de produits chimiques toxiques, radioactifs ou agressifs.**

- ▶ Porter votre équipement de protection individuelle.
- ▶ Observez les directives nationales relatives au maniement de ces substances.
- ▶ Observez les fiches de données de sécurité et les modes d'emploi des fabricants.



#### **ATTENTION ! Mise en danger de personnes en cas de négligence grossière**

- ▶ N'orientez jamais l'ouverture de l'appareil vers vous ou une autre personne.
- ▶ Ne déclencher l'émission de liquide qu'en l'absence de danger.
- ▶ Vérifier lors de tous les travaux de dosage que cela n'induit aucun danger ni pour vous-même ni pour d'autres personnes.

**ATTENTION ! Défauts de sécurité à cause de pièces de rechange et d'accessoires incorrects.**

Des accessoires et des pièces de rechange qui n'ont pas été recommandés par Eppendorf portent atteinte à la sécurité, au fonctionnement et à la fidélité de l'appareil. Eppendorf décline toute garantie et responsabilité des dommages causés par des pièces de rechange et des accessoires non recommandés ou par une utilisation inappropriée.

- ▶ Utilisez seulement des accessoires recommandés par Eppendorf et des pièces de rechange d'origine.

**AVIS ! Dommages de l'appareil en raison de pointes de pipette manquantes.**

- ▶ Ne pas utiliser la pipette sans aucune pointe de pipette.

**AVIS ! Volume de dosage erroné pour des liquides particuliers et par des différences de température.**

Des solutions dont les caractéristiques physiques divergent fortement de l'eau ou des différences de température entre la pipette, la pointe de pipette et le liquide, peuvent conduire à des volumes de dosage incorrects.

- ▶ Évitez les écarts de température entre la pipette, la pointe de pipette et le liquide.

**AVIS ! Dommages à l'appareil en raison de la pénétration de liquide.**

- ▶ Ne pas déposer la pipette avec la pointe remplie.
- ▶ Ne pas laisser pénétrer des liquides dans l'intérieur du boîtier.

### 3 Désignation

#### 3.1 Caractéristiques du produit

La pipette Reference 2 est une pipette à piston servant à prélever et distribuer des liquides. Elle fonctionne selon le principe du coussin d'air. Sur les pipettes à coussin d'air, il faut avant utilisation insérer une pointe de pipette adaptée. A l'aide du bouton-poussoir, l'utilisateur règle le dosage, le volume et l'éjection de la pointe. Selon le modèle, il est possible de doser des volumes de 0,1 µL à 10 mL.

##### 3.1.1 Modèles de pipettes

Il en existe différentes versions :

- Pipettes monocanal à volume fixe (fix)
- Pipettes monocanal à volume réglable
- Pipettes multicanaux à 8 ou 12 canaux et volume réglable

#### 3.2 Pièces incluses dans la livraison

| Quantité | Désignation                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| 1        | Reference 2                                   |
| 1        | Support pour portoir-carroussel               |
| 1        | Manuel d'utilisation                          |
| 1        | Certificat                                    |
| 1        | Scellé d'ajustage pour l'ajustage utilisateur |
| 2        | Scellé d'ajustage pour l'ajustage en usine    |
| 1        | Tige (retirer le scellé d'ajustage)           |

##### 3.2.1 Accessoires - pipettes monocanal

| Quantité | Désignation                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | Bague de blocage ( $\leq 1000 \mu\text{L}$ )                         |
| 1        | Manchon de filtre ( $\geq 2 \text{ mL}$ )                            |
| 10       | Cartouches filtrantes ( $\geq 2 \text{ mL}$ )                        |
| 1        | Clé pour pipette ( $\geq 2 \text{ mL}$ )                             |
| 1        | Boîte réutilisable de pointes de pipette ( $\leq 1000 \mu\text{L}$ ) |
| 1        | Sachet de pointes de pipette ( $\geq 2 \text{ mL}$ )                 |

##### 3.2.2 Accessoires - pipettes multicanaux

| Quantité | Désignation                          |
|----------|--------------------------------------|
| 1        | Outil multicanaux (100 µL et 300 µL) |

### 3.3 Aperçu des produits




Fig. 3-1: Pipettes monocanal et multicanaux

- |    |                                               |    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | Affichage du volume                           | 11 | Dispositif d'éjection                               |
| 2  | Code couleur                                  | 12 | Cône d'extrémité                                    |
| 3  | Appuyer le bouton de commande                 | 13 | Pointe de pipette                                   |
| 4  | Verrouillage du volume                        | 14 | Levier                                              |
| 5  | Corps supérieur monocanal avec volume nominal | 15 | Corps inférieur multicanaux                         |
| 6  | Ajustage utilisateur                          | 16 | Interrupteur de ressort marche/arrêt(On/Off)        |
| 7  | Affichage pour l'ajustement par l'utilisateur | 17 | Corps supérieur multicanaux avec volume nominal/nom |
| 8  | Numéro de série                               | 18 | Couvercle de boîtier                                |
| 9  | Puce RFID                                     | 19 | Loquet                                              |
| 10 | Corps inférieur monocanal avec volume nominal |    |                                                     |

### 3.4 Matériaux



**AVIS ! Les substances agressives peuvent endommager la pipette, la pointe de pipette et les accessoires.**

- ▶ Avant d'utiliser des solvants organiques et des produits chimiques agressifs, vérifiez la résistance chimique.
- ▶ N'utiliser que des liquides dont les vapeurs ne sont pas agressives pour les matériaux utilisés.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.

Les parties de la pipette accessibles à l'utilisateur sont composées des matériaux suivants :

| Composant                                | Matériel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surfaces extérieures du corps supérieur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polypropylène affiné (PP)</li> <li>• Polycarbonate (PC)</li> <li>• Polyéthérimide (PEI)</li> <li>• Acier inoxydable</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fenêtre de visualisation                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polycarbonate (PC)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parties inférieures externes et internes | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polypropylène affiné (PP)</li> <li>• Polyfluorure de vinylidène (PVDF)</li> <li>• Polyéthérimide (PEI)</li> <li>• Polysulfure de phénylène (PPS)</li> <li>• Polyéther éther cétone (PEEK)</li> <li>• Polytetrafluoréthylène (PTFE)</li> <li>• Éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)</li> <li>• Silicone</li> <li>• Acier (inox et acier à ressort)</li> </ul> |



Vous trouverez des informations sur la résistance aux produits chimiques sur notre page Internet [www.eppendorf.com/manuals](http://www.eppendorf.com/manuals).

## 4


## Utilisation

## 4.1

## Réglage du volume



Régler le volume de la valeur haute à la valeur basse. Tourner le cas échéant au-delà du volume voulu puis en sens inverse.



1. Maintenir pressé le bouton de blocage du volume.
2. Tourner le bouton de commande.

## 4.2

## Mise en place des pointes de pipette


La pointe de pipette peut être mise en place à la main ou être directement mise sur la pipette depuis un support de pointes (Tray).



Les pointes de pipette sont des articles à usage unique.



Le bouton et les supports ont un marquage de couleur. La couleur désigne la taille de la pipette et le volume de la pointe de pipette (epT.I.P.S.).



1. Mettre en place le cône d'extrémité dans la pointe de pipette.

### 4.3 Profondeurs d'immersion optimales

| Volume           | Profondeur d'immersion |
|------------------|------------------------|
| 0,1 µL – 1 µL    | 1 mm                   |
| 1 µL – 100 µL    | 2 – 3 mm               |
| 100 µL – 1000 µL | 2 – 4 mm               |
| 1 mL – 10 mL     | 3 – 5 mm               |

## 4.4 Pipetage vers l'avant

### 4.4.1 Aspiration de liquide

#### Prérequis

- La pointe de pipette est enfoncée.

**i** Vous obtenez un maximum de précision et de justesse en imprégnant tout d'abord une pointe neuve. Pour ce faire, effectuer trois prélèvements et rejets du liquide.

- Presser le bouton jusqu'à la première butée.
- Plonger verticalement la pointe de pipette dans le liquide.
- Conserver la profondeur d'immersion et relâcher lentement le bouton.  
Plonger verticalement le liquide dans la pointe de pipette.
- Attendre environ 3 secondes.
- Retirer la pointe de pipette du liquide.

**i** Si nécessaire, passer la pointe de pipette sur la paroi du récipient

### 4.4.2 Distribution de liquide

- Poser la pointe de pipette verticalement sur la paroi.
- Presser lentement le bouton jusqu'à la première butée.  
Le liquide est distribué.
- Attendre qu'il n'y ait plus de liquide qui s'écoule.
- Presser le bouton jusqu'à la deuxième butée.  
La pointe est entièrement vidée.
- Maintenir le bouton-poussoir enfoncé et remonter la pointe le long de la paroi du tube.

### 4.4.3 Éjecter la pointe de pipette

- Presser le bouton-poussoir à fond vers le bas.  
La pointe de pipette est éjectée.

## 4.5 Pipetage réversible

Le pipetage inverse permet de prélever un volume supplémentaire (dépassement de course). Cela permet d'améliorer les résultats de dosage avec les liquides visqueux ou moussants. Avec les pointes filtrantes, il peut y avoir des limitations de volume.

### 4.5.1 Aspiration de liquide

1. Presser le bouton jusqu'à la deuxième butée.
2. Plonger verticalement la pointe de pipette dans le liquide.
3. Conserver la profondeur d'immersion et relâcher lentement le bouton.  
Plonger verticalement le liquide dans la pointe de pipette.
4. Environ 3 secondes.
5. Retirer la pointe de pipette du liquide.



Si nécessaire, passer la pointe de pipette sur la paroi du récipient

### 4.5.2 Distribution de liquide

1. Poser la pointe de pipette verticalement sur la paroi.
2. Presser lentement le bouton jusqu'à la première butée.  
Le liquide est distribué.
3. Attendre qu'il n'y ait plus de liquide qui s'écoule.
4. Maintenir le bouton-poussoir enfoncé et remonter la pointe le long de la paroi du tube.  
Le liquide restant reste dans la pointe de pipette.  
Lors de la distribution, le volume supplémentaire (dépassement de course) n'est pas compris dans le volume de dosage.

### 4.5.3 Éjection de la pointe de pipette

1. Presser le bouton jusqu'à la deuxième butée.  
Le liquide restant est distribué.  
Le liquide restant peut être rejeté.
2. Presser le bouton-poussoir à fond vers le bas.  
La pointe de pipette est éjectée.

## 4.6 Conservation de la pipette

La pipette peut être conservée dans un portoir-carroussel, dans un support mural ou à plat.

## 5 Résolution des problèmes

### 5.1 Appuyer le bouton de commande

| Symptôme/message  | Origine                          | Dépannage                                                                 |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Le bouton coince. | • Corps inférieur encrassé.      | ► Nettoyer et graisser le corps inférieur.                                |
|                   | • Joint défectueux.              | ► Remplacez le joint.                                                     |
|                   | • Filtre de protection encrassé. | ► Remplacer le filtre de protection (pour les pipettes de 2 mL et 10 mL). |

### 5.2 Dosage

| Symptôme/message            | Origine                                                                           | Dépannage                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du liquide goutte.          | • La pointe de pipette est desserrée.                                             | ► Resserrer la pointe de pipette<br>► Désactiver le ressort.<br>► Utilisation des pointes de pipette T.I.P.S. |
|                             | • Joint défectueux.                                                               | ► Remplacez le joint.                                                                                         |
|                             | • Joint torique défectueux.                                                       | ► Remplacer le joint torique.                                                                                 |
|                             | • Le liquide dosé a une pression de vapeur élevée.                                | ► Mouiller au préalable plusieurs fois la pointe de pipette.                                                  |
|                             | • Le cône d'extrémité est endommagé.                                              | ► Remplacer la partie inférieure (pipette monocanal).<br>► Remplacer le canal (pipette multicanaux).          |
| Volume de dosage incorrect. | • Le liquide dosé a une pression de vapeur trop élevée ou une densité différente. | ► Ajuster la pipette pour le liquide utilisé.                                                                 |

### 5.3 Pointe de pipette

| Symptôme/message                    | Origine                                              | Dépannage                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| La pointe de pipette est desserrée. | Pointe de pipette non compatible.                    | ► Utilisation des pointes de pipette epT.I.P.S..<br>► Utiliser la taille adéquate. |
|                                     | Forces plus importantes nécessaires pour le montage. | ► Resserrer la pointe de pipette<br>► Désactiver le ressort.                       |

### 5.4 Cône d'extrémité

| Symptôme/message                                 | Origine                                              | Dépannage                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Le ressort du cône de pipette ne fonctionne pas. | Le ressort est bloqué (monocanal).                   | ► Retirer l'anneau de blocage.        |
|                                                  | La compression par ressort est coupée (multicanaux). | ► Activer la compression par ressort. |

## 6 Entretien

### 6.1 Montage d'une pipette monocanal $\leq 1000 \mu\text{L}$






Fig. 6-1: Corps inférieur monocanal  $\leq 1000 \mu\text{L}$

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1 Porte-piston      | 4 Double hélice            |
| 2 Flacons           | 5 Cylindre (à l'intérieur) |
| 3 Ressort de piston |                            |

#### 6.1.1 Retirer la partie inférieure



1. Pressez le bouton-poussoir à fond vers le bas.
2. Retirer le dispositif d'éjection et relâcher le bouton.




3. Pousser vers le haut l'anneau "**PUSH UP TO RELEASE**" jusqu'à ce que le corps inférieur se détache.
4. Retirer le corps inférieur.


### 6.1.2 Démonter le corps inférieur

#### Prérequis

- Le dispositif d'éjection est retiré.
- Le corps inférieur est retiré du corps supérieur.



1. Comprimer les tenons d'arrêt sur le porte-piston.
2. Retirer le porte-piston.



3. Retirer le piston et le ressort de piston.
4. Retirer le piston du ressort de piston (pas possible avec les pipettes à bouton bleu).

### 6.2 Démontage de la pipette monocanal $\geq 2$ mL






Fig. 6-2: Corps inférieur monocanal  $\geq 2$  mL

- |                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Porte-piston      | 4 Flacons                                     |
| 2 Ressort de piston | 5 Cylindre avec cône de pointe                |
| 3 Guide du piston   | 6 Manchon de filtre avec filtre de protection |

## 6.2.1 Retirer la partie inférieure



1. Dévisser le dispositif d'éjection.



2. Presser à fond le bouton.


3. Tourner la partie inférieure d'environ 30° vers la droite.

Le corps inférieur se détache du corps supérieur de la pipette..

## 6.2.2 Démonter le corps inférieur

Prérequis

- La partie inférieure est démontée.



1. Mettre la clé de pipette sur le corps inférieur.

2. Tenez le cylindre et dévissez-le du corps inférieur.

### 6.3 Monter une pipette monocanal $\leq 1000 \mu\text{L}$

1. Insérer le ressort de piston.



Pour les ressorts de piston à double hélice, celle-ci doit être tournée vers le bas.

2. Insérer le piston prudemment par le haut dans le cylindre.

3. Comprimer le ressort de piston prudemment avec le piston et le maintenir comprimé.

4. Comprimer les tenons d'arrêt.

5. Appuyer sur le piston depuis le haut et vérifier sa course libre.

Le piston doit se déplacer sans résistance.

6. Glisser le corps inférieur dans le corps supérieur jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

7. Mettre en place le dispositif d'éjection.

### 6.4 Monter la pipette monocanal $\geq 2 \text{ mL}$

#### 6.4.1 Monter la partie inférieure

1. Insérer le piston dans le guide de piston.

2. Insérer le ressort du piston dans le guide de piston.

3. Mettre en place le support de piston et presser le ressort de piston dans le guide de piston.

4. Tourner le support de piston sur  $90^\circ$  et l'encliqueter.

5. Glisser le corps inférieur dans le corps supérieur jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

6. Mettre en place et visser le dispositif d'éjection.


#### 6.4.2 Vérifier son bon fonctionnement

Ce contrôle permet de s'assurer que la pipette est correctement montée.


- ▶ Contrôler les erreurs de mesure systématiques et aléatoires par gravimétrie.

## 6.5 Remplacer le filtre de protection $\geq 2$ mL


Le filtre de protection dans le cône de pointe doit être remplacé après tout contact avec un liquide.




1. Pousser la clé de pipette avec l'encoche adéquate sur le manchon de filtre.
2. Retirer le manchon de filtre




3. Ejecter le filtre usagé à l'aide d'une pointe de pipette.




4. Nettoyer le manchon de filtre.
5. Mettre un nouveau filtre de protection dans le manchon de filtre.




6. Insérer le manchon de filtre dans le cône d'extrémité.

**6.6 Démonter la pipette multicanaux****6.6.1 Retirer la partie inférieure**


1. Régler le volume sur le volume nominal.
2. Mettre l'interrupteur du ressort sur **On**.
3. Pousser le levier sur un côté.  
La partie inférieure est déverrouillée.
4. Retirer la partie inférieure.

**6.6.2 Ouvrir la partie inférieure**


1. Maintenir le corps inférieur avec le levier vers le bas.
2. Pousser le loquet latéral vers le haut et le retirer.
3. Retirer la plaque de couverture.

**6.6.3 Démonter le canal**

1. Retirer prudemment le piston du rail supérieur et le tirer vers le haut.



2. Presser un peu le cône de pointe et le soulever du rail inférieur.



3. Détendre le ressort et tirer le cylindre avec le ressort du rail médian.

#### 6.6.3.1 Montage du canal

1. Insérer le ressort avec le cylindre dans le rail médian.
2. Comprimer le ressort avec le cylindre et insérer le cylindre dans le rail inférieur.
3. Insérer le piston dans le cylindre.
4. Insérer le piston dans le rail supérieur.

#### 6.6.4 Montage du corps inférieur multicanaux

1. Mettre en place la plaque de couverture.
2. Mettre en place le loquet latéral et le pousser vers le bas.
3. Glisser le corps inférieur dans le corps supérieur jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

#### 6.6.5 Vérifier son bon fonctionnement


Ce contrôle permet de s'assurer que la pipette est correctement montée.

- Contrôler les erreurs de mesure systématiques et aléatoires par gravimétrie.

### 6.7 Remplacement du joint torique

Les joints toriques doivent être remplacés s'ils sont usés ou endommagés.

#### 6.7.1 Retirer le joint torique



1. Désactiver le ressort des cônes d'extrémité.
2. Mettre l'outil de joint torique avec l'ouverture sur le cône de pointe.
3. Appuyer alors l'outil multicanaux contre le cône d'extrémité tout en le maintenant du pouce.  
Le joint torique est extrait de l'unité.
4. Retirer l'outil de joint torique et le joint torique.

### 6.7.2 Montage du nouveau joint torique

1. Mettre le nouveau joint torique sur le cône d'extrémité et appuyer avec le doigt dans l'écrou.
2. Mettre en place la pointe de pipette.
3. Contrôler l'étanchéité de la pointe de pipette.


### 6.8 Désactiver le réarmement des ressorts du cône d'extrémité

Le ressort du cône d'extrémité des pipettes 1000 µL se réarme lorsque l'on met en place la pointe. Cela permet une assise optimale de la pointe de pipette et la force nécessaire est faible. Si une force plus élevée est nécessaire, le ressort peut être désactivé.

#### 6.8.1 Désactivation du ressort - pipettes monocanal ≤ 1000 µL

Prérequis

- Le dispositif d'éjection est démonté.
- Le corps inférieur est démonté.



1. Comprimer légèrement les crochets sur le corps inférieur et pousser l'anneau de blocage depuis le haut sur le corps inférieur.
2. Mettre en place le corps inférieur et le dispositif d'éjection.

#### 6.8.2 Désactiver le mécanisme à ressort sur les pipettes multicanaux

- ▶ Mettre l'interrupteur du ressort sur **Off**.

### 6.9 Ajustage de la pipette



Pour modifier l'ajustage utilisateur / fabricant, veuillez consulter notre page Internet [www.eppendorf.com/manuals](http://www.eppendorf.com/manuals).

## 6.10 Nettoyer



### **AVIS ! Endommagements de l'appareil en raison d'un mauvais nettoyant ou d'objets tranchants.**

De mauvais nettoyants peuvent endommager l'appareil.

- ▶ N'utiliser aucun produit de nettoyage décapant, diluant puissant ou produit de polissage ponçant.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Tenir compte des informations relatives à la résistance chimique.
- ▶ **Ne** pas nettoyer l'appareil à l'acétone ou à l'aide de solvants organiques présentant des effets similaires.
- ▶ **Ne** pas nettoyer l'appareil avec des objets contondants.



### **AVIS ! Dommages à l'appareil en raison de la pénétration de liquide.**

- ▶ Ne pas déposer la pipette avec la pointe remplie.
- ▶ Ne pas laisser pénétrer des liquides dans l'intérieur du boîtier.

### 6.10.1 Nettoyage et désinfection de la pipette

Tous les corps inférieurs de pipettes monocanal et multicanaux sont des pièces d'usure. Les nettoyer suite à des salissures, à l'application de produits chimiques agressifs et/ou à de fortes contraintes. En cas d'usure ou d'endommagement des corps inférieurs de pipette, remplacer les éléments correspondants.

1. Imbiber un chiffon de nettoyant.
2. Retirer les saletés extérieures.
3. Imbiber d'eau un nouveau chiffon.
4. Essuyer le boîtier.

### 6.10.2 Nettoyage et désinfection du corps inférieur

Prérequis

- Retirer les salissures importantes dues à l'entrée de liquide.
- La partie inférieure est retirée et démontée.

1. Retirer la graisse du piston.
2. Rincer la partie inférieure avec du nettoyant ou du produit décontaminant.



Observer la durée d'action indiquée par le fabricant.

3. Nettoyer à fond la partie inférieure avec de l'eau déminéralisée.
4. Laisser sécher.
5. Graisser le piston ou le cylindre.

 Voir la notice d'utilisation « Graisse pour pipettes ».

6. Monter la partie inférieure

### 6.10.3 Stériliser la pipette aux UV

La pipette peut être stérilisée aux UV à 254 nm.

### 6.11 Autoclaver la pipette

---



#### AVIS ! Dommages de l'appareil dus à un mauvais entretien.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de désinfection, de décontamination ni d'hypochlorite de sodium durant l'autoclavage ou le rayonnement UV.
- 

#### 6.11.1 Autoclavage



Autoclaver le manchon de filtre et le filtre de protection séparément.



Les corps supérieur et inférieur peuvent être autoclavés montés ensemble. Le corps inférieur ne doit pas être démonté.

#### Prérequis

- La pipette est nettoyée.
- Les restes de produit nettoyant sont retirés.
- Le filtre de protection est retiré.

1. Autoclaver la pipette à 121 °C ; 20 minutes ; surpression à 1 bar
2. Laisser refroidir la pipette à température ambiante et la laisser sécher.



Pour une précision et une exactitude maximales, il est recommandé d'effectuer un contrôle gravimétrique après le démontage et l'autoclavage.



Il n'est **pas** nécessaire de regraisir et d'ajuster les pistons et après l'autoclavage.

## 6.12 Décontamination avant envoi



**ATTENTION ! Dommages corporels et de l'appareil dus à un appareil contaminé.**

- ▶ Nettoyer et décontaminer l'appareil avant l'envoi ou le stockage conformément aux consignes de nettoyage.

Les substances dangereuses sont :

- les solutions dangereuses pour la santé
- les agents potentiellement infectieux
- les solvants organiques et les réactifs
- les substances radioactives
- les protéines dangereuses pour la santé
- l'ADN

1. Tenez compte des consignes du "Certificat de décontamination pour les retours de marchandise".  
Vous trouverez ce dernier sous forme de fichier pdf sur notre site internet [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com).
2. Inscrivez le numéro de série de la pipette dans le certificat de décontamination.
3. Joignez au paquet le certificat de décontamination pour les retours de marchandise dûment remplis.
4. Envoyez l'appareil à Eppendorf AG ou à un Service autorisé.

## **7 Données techniques**

### **7.1 Incréments des pipettes monocanal et multicanaux**

| <b>Modèle</b>    | <b>Incrément</b> |
|------------------|------------------|
| 0,1 µl - 2,5 µl  | 0,002 µL         |
| 0,5 µl - 10 µl   | 0,01 µL          |
| 2 µL – 20 µL     | 0,02 µL          |
| 2 µL – 20 µL     | 0,02 µL          |
| 10 µL – 100 µL   | 0,1 µL           |
| 20 µL – 200 µL   | 0,2 µL           |
| 30 µL – 300 µL   | 0,2 µL           |
| 100 µL – 1000 µL | 1 µL             |
| 0,25 mL - 2,5 mL | 0,002 mL         |
| 0,5 mL - 5 mL    | 0,005 mL         |
| 1 mL – 10 mL     | 0,01 mL          |

### **7.2 Conditions ambiantes**

|                                      | <b>Plage de température</b> | <b>Humidité relative</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Stockage sans emballage de transport | -5 °C — 45 °C               | 10 % — 95 %              |
| Conditions opérationnelles           | 5 °C — 40 °C                | 10 % — 95 %              |

## 8 Écarts de mesure selon Eppendorf AG

### 8.1 Pipette monocanal à volume fixe

| Modèle  | Pointe de contrôle<br>epT.I.P.S.        | Erreur de mesure |       |           |       |
|---------|-----------------------------------------|------------------|-------|-----------|-------|
|         |                                         | systématique     |       | aléatoire |       |
|         |                                         | ± %              | ± µL  | ± %       | ± µL  |
| 1 µL    | 0,1 µL – 10 µL<br>gris foncé<br>34 mm   | 2,5              | 0,025 | 1,8       | 0,018 |
| 2 µL    |                                         | 2,0              | 0,04  | 1,2       | 0,024 |
| 5 µL    | 0,1 µL – 20 µL<br>gris moyen<br>40 mm   | 1,2              | 0,06  | 0,6       | 0,03  |
| 10 µL   |                                         | 1,0              | 0,1   | 0,5       | 0,05  |
| 20 µL   | 0,5 µL – 20 µL L<br>gris clair<br>46 mm | 0,8              | 0,16  | 0,3       | 0,06  |
| 10 µL   | 2 µL – 200 µL<br>jaune<br>53 mm         | 1,2              | 0,12  | 0,6       | 0,06  |
| 20 µL   |                                         | 1,0              | 0,2   | 0,3       | 0,06  |
| 25 µL   |                                         | 1,0              | 0,25  | 0,3       | 0,075 |
| 50 µL   |                                         | 0,7              | 0,35  | 0,3       | 0,15  |
| 100 µL  |                                         | 0,6              | 0,6   | 0,2       | 0,2   |
| 200 µL  |                                         | 0,6              | 1,2   | 0,2       | 0,4   |
| 200 µL  | 50 µL – 1000 µL<br>bleu<br>71 mm        | 0,6              | 1,2   | 0,2       | 0,4   |
| 250 µL  |                                         | 0,6              | 1,5   | 0,2       | 0,5   |
| 500 µL  |                                         | 0,6              | 3,0   | 0,2       | 1,0   |
| 1000 µL |                                         | 0,6              | 6,0   | 0,2       | 2,0   |
| 2,0 mL  | 0,5 mL – 2,5 mL<br>rouge<br>115 mm      | 0,6              | 12    | 0,2       | 4     |
| 2,5 mL  |                                         | 0,6              | 15    | 0,2       | 5     |

## 8.2 Pipette monocanal à volume variable

| Modèle           | Pointe de contrôle<br>epT.I.P.S.        | Volume de contrôle | Erreur de mesure |       |           |       |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------|-------|
|                  |                                         |                    | systématique     |       | aléatoire |       |
|                  |                                         |                    | ± %              | ± µL  | ± %       | ± µL  |
| 0,1 µL – 2,5 µL  | 0,1 µL – 10 µL<br>gris foncé<br>34 mm   | 0,1 µL             | 48,0             | 0,048 | 12,0      | 0,012 |
|                  |                                         | 0,25 µL            | 12,0             | 0,03  | 6,0       | 0,015 |
|                  |                                         | 1,25 µL            | 2,5              | 0,031 | 1,5       | 0,019 |
|                  |                                         | 2,5 µL             | 1,4              | 0,035 | 0,7       | 0,018 |
| 0,5 µL – 10 µL   | 0,1 µL – 20 µL<br>gris moyen<br>40 mm   | 0,5 µL             | 8,0              | 0,04  | 5,0       | 0,025 |
|                  |                                         | 1 µL               | 2,5              | 0,025 | 1,8       | 0,018 |
|                  |                                         | 5 µL               | 1,5              | 0,075 | 0,8       | 0,04  |
|                  |                                         | 10 µL              | 1,0              | 0,10  | 0,4       | 0,04  |
| 2 µL – 20 µL     | 0,5 µL – 20 µL L<br>gris clair<br>46 mm | 2 µL               | 3,0              | 0,06  | 1,5       | 0,03  |
|                  |                                         | 10 µL              | 1,0              | 0,10  | 0,6       | 0,06  |
|                  |                                         | 20 µL              | 0,8              | 0,16  | 0,3       | 0,06  |
| 2 µL – 20 µL     | 2 µL – 200 µL<br>jaune<br>53 mm         | 2 µL               | 5,0              | 0,10  | 1,5       | 0,03  |
|                  |                                         | 10 µL              | 1,2              | 0,12  | 0,6       | 0,06  |
|                  |                                         | 20 µL              | 1,0              | 0,2   | 0,3       | 0,06  |
| 10 µL – 100 µL   | 2 µL – 200 µL<br>jaune<br>53 mm         | 10 µL              | 3,0              | 0,3   | 0,7       | 0,07  |
|                  |                                         | 50 µL              | 1,0              | 0,5   | 0,3       | 0,15  |
|                  |                                         | 100 µL             | 0,8              | 0,8   | 0,2       | 0,2   |
| 20 µL – 200 µL   | 2 µL – 200 µL<br>jaune<br>53 mm         | 20 µL              | 2,5              | 0,5   | 0,7       | 0,14  |
|                  |                                         | 100 µL             | 1,0              | 1,0   | 0,3       | 0,3   |
|                  |                                         | 200 µL             | 0,6              | 1,2   | 0,2       | 0,4   |
| 30 µL – 300 µL   | 20 µL – 300 µL<br>orange<br>55 mm       | 30 µL              | 2,5              | 0,75  | 0,7       | 0,21  |
|                  |                                         | 150 µL             | 1,0              | 1,5   | 0,3       | 0,45  |
|                  |                                         | 300 µL             | 0,6              | 1,8   | 0,2       | 0,6   |
| 100 µL – 1000 µL | 50 µL – 1000 µL<br>bleu<br>71 mm        | 100 µL             | 3,0              | 3,0   | 0,6       | 0,6   |
|                  |                                         | 500 µL             | 1,0              | 5,0   | 0,2       | 1,0   |
|                  |                                         | 1000 µL            | 0,6              | 6,0   | 0,2       | 2,0   |
| 0,25 mL – 2,5 mL | 0,25 mL – 2,5 mL<br>rouge<br>115 mm     | 0,25 mL            | 4,8              | 12    | 1,2       | 3     |
|                  |                                         | 1,25 mL            | 0,8              | 10    | 0,2       | 2,5   |
|                  |                                         | 2,5 mL             | 0,6              | 15    | 0,2       | 5     |

| Modèle        | Pointe de contrôle<br>epT.I.P.S.      | Volume de contrôle | Erreur de mesure |      |           |      |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------|-----------|------|
|               |                                       |                    | systématique     |      | aléatoire |      |
|               |                                       |                    | ± %              | ± µL | ± %       | ± µL |
| 0,5 mL – 5 mL | 0,1 mL – 5 mL<br>violet<br>120 mm     | 0,5 mL             | 2,4              | 12   | 0,6       | 3    |
|               |                                       | 2,5 mL             | 1,2              | 30   | 0,25      | 6    |
|               |                                       | 5,0 mL             | 0,6              | 30   | 0,15      | 7,5  |
| 0,5 mL – 5 mL | 0,1 mL – 5 mL L<br>violet<br>175 mm   | 0,5 mL             | 5,0              | 25   | 1,0       | 5,0  |
|               |                                       | 2,5 mL             | 3,0              | 75   | 0,9       | 22,5 |
|               |                                       | 5,0 mL             | 2,0              | 100  | 0,8       | 40   |
| 1 mL – 10 mL  | 1 mL – 10 mL<br>turquoise<br>165 mm   | 1,0 mL             | 3,0              | 30   | 0,6       | 6    |
|               |                                       | 5,0 mL             | 0,8              | 40   | 0,2       | 10   |
|               |                                       | 10,0 mL            | 0,6              | 60   | 0,15      | 15   |
| 1 mL – 10 mL  | 1 mL – 10 mL L<br>turquoise<br>243 mm | 1,0 mL             | 6,0              | 6    | 1,0       | 10   |
|               |                                       | 5,0 mL             | 3,0              | 150  | 0,9       | 45   |
|               |                                       | 10,0 mL            | 2,0              | 200  | 0,7       | 70   |

### 8.3 Pipette multicanaux

| Modèle         | Pointe de contrôle<br>epT.I.P.S.      | Volume de contrôle | Erreur de mesure |      |           |      |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------|-----------|------|
|                |                                       |                    | systématique     |      | aléatoire |      |
|                |                                       |                    | ± %              | ± µL | ± %       | ± µL |
| 0,5 µL – 10 µL | 0,1 µL – 20 µL<br>gris moyen<br>40 mm | 0,5 µL             | 12,0             | 0,06 | 8,0       | 0,04 |
|                |                                       | 1 µL               | 8,0              | 0,08 | 5,0       | 0,05 |
|                |                                       | 5 µL               | 4,0              | 0,2  | 2,0       | 0,1  |
|                |                                       | 10 µL              | 2,0              | 0,2  | 1,0       | 0,1  |
| 10 µL – 100 µL | 2 µL – 200 µL<br>jaune<br>53 mm       | 10 µL              | 3,0              | 0,3  | 2,0       | 0,2  |
|                |                                       | 50 µL              | 1,0              | 0,5  | 0,8       | 0,4  |
|                |                                       | 100 µL             | 0,8              | 0,8  | 0,3       | 0,3  |
| 30 µL – 300 µL | 20 µL – 300 µL<br>orange<br>55 mm     | 30 µL              | 3,0              | 0,9  | 1,0       | 0,3  |
|                |                                       | 150 µL             | 1,0              | 1,5  | 0,5       | 0,75 |
|                |                                       | 300 µL             | 0,6              | 1,8  | 0,3       | 0,9  |

#### 8.4 Conditions de contrôle

Conditions de contrôle et évaluation des contrôles en conformité avec la norme ISO 86556. Les contrôles ont été effectués avec une balance de précision étalonnée avec une protection contre l'évaporation.

- Nombre de déterminations par volume : 10
- Eau selon ISO 3696
- Contrôle à 20 °C – 27 °C $\pm$ 0,5 °C
- Dosage sur la paroi du récipient

## 9 Nomenclature de commande

### 9.1 Pipettes monocanal à volume variable

| Réf. (International) | Réf. (Amérique du Nord) | Description                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                         | <b>Eppendorf Reference 2, variable</b><br>Mono-canal ; numéro de série sur le corps supérieur et le corps inférieur |
| 4924 000.010         | 4924000010              | gris foncé, 0,1 - 2,5 µL                                                                                            |
| 4924 000.029         | 4924000029              | gris moyen, 0,5 - 10 µL                                                                                             |
| 4924 000.037         | 4924000037              | gris clair, 2 - 20 µL                                                                                               |
| 4924 000.045         | 4924000045              | jaune, 2 - 20 µL                                                                                                    |
| 4924 000.053         | 4924000053              | jaune, 10 - 100 µL                                                                                                  |
| 4924 000.061         | 4924000061              | jaune, 20 - 200 µL                                                                                                  |
| 4924 000.070         | 4924000070              | orange, 30 - 300 µL                                                                                                 |
| 4924 000.088         | 4924000088              | bleu, 100 - 1000 µL                                                                                                 |
| 4924 000.096         | 4924000096              | rouge, 0,25 - 2,5 mL                                                                                                |
| 4924 000.100         | 4924000100              | violet, 0,5 - 5 mL                                                                                                  |
| 4924 000.118         | 4924000118              | turquoise, 1 - 10 mL                                                                                                |

### 9.2 Pipettes monocanal à volume fixe

| Réf. (International) | Réf. (Amérique du Nord) | Description                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                         | <b>Eppendorf Reference 2, fixe</b><br>Mono-canal ; numéro de série sur le corps supérieur et le corps inférieur |
| 4925 000.014         | 4925000014              | gris foncé, 1 µL                                                                                                |
| 4925 000.022         | 4925000022              | gris foncé, 2 µL                                                                                                |
| 4925 000.030         | 4925000030              | gris moyen, 5 µL                                                                                                |
| 4925 000.049         | 4925000049              | gris moyen, 10 µL                                                                                               |
| 4925 000.057         | 4925000057              | jaune, 10 µL                                                                                                    |
| 4925 000.065         | 4925000065              | gris clair, 20 µL                                                                                               |
| 4925 000.073         | 4925000073              | jaune, 20 µL                                                                                                    |
| 4925 000.081         | 4925000081              | jaune, 25 µL                                                                                                    |
| 4925 000.090         | 4925000090              | jaune, 50 µL                                                                                                    |
| 4925 000.103         | 4925000103              | jaune, 100 µL                                                                                                   |
| 4925 000.111         | 4925000111              | jaune, 200 µL                                                                                                   |
| 4925 000.120         | 4925000120              | bleu, 200 µL                                                                                                    |
| 4925 000.138         | 4925000138              | bleu, 250 µL                                                                                                    |
| 4925 000.146         | 4925000146              | bleu, 500 µL                                                                                                    |
| 4925 000.154         | 4925000154              | bleu, 1000 µL                                                                                                   |
| 4925 000.162         | 4925000162              | rouge, 2 mL                                                                                                     |
| 4925 000.170         | 4925000170              | rouge, 2,5 mL                                                                                                   |

### 9.3 Pipettes multicanaux

| Réf. (International) | Réf. (Amérique du Nord) | Description                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4926 000.018         | 4926000018              | <b>Eppendorf Reference 2, variable</b><br>8 canaux ; numéro de série sur le corps supérieur et le corps inférieur<br>gris moyen, 0,5 - 10 µL<br>jaune, 10 - 100 µL<br>orange, 30 - 300 µL  |
| 4926 000.034         | 4926000034              |                                                                                                                                                                                            |
| 4926 000.050         | 4926000050              |                                                                                                                                                                                            |
| 4926 000.026         | 4926000026              | <b>Eppendorf Reference 2, variable</b><br>12 canaux ; numéro de série sur le corps supérieur et le corps inférieur<br>gris moyen, 0,5 - 10 µL<br>jaune, 10 - 100 µL<br>orange, 30 - 300 µL |
| 4926 000.042         | 4926000042              |                                                                                                                                                                                            |
| 4926 000.069         | 4926000069              |                                                                                                                                                                                            |

### 9.4 Pièces de rechange, accessoires et pointes de pipettes



Vous trouverez davantage de références sur notre page Internet [www.eppendorf.com/manuals](http://www.eppendorf.com/manuals).

**DOMINIQUE DUTSCHER SAS**

# Evaluate Your Manual

Give us your feedback.

[www.eppendorf.com/manualfeedback](http://www.eppendorf.com/manualfeedback)

**Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)**

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany  
[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)