

Aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages

Mode d'emploi

Utilisation

Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages sont destinées au prélèvement de sang veineux.

Description du produit

Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages sont fabriquées en acier inoxydable et sont pourvues d'une valve de sécurité à une extrémité. L'étiquette perforée sert non seulement à simplifier l'identification, mais fait également office de sceau de stérilité. Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages constituent un produit stérile, pour utilisation unique. Le produit doit être utilisé uniquement par des professionnels de santé qualifiés conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Prélèvement et manipulation du sang

Équipement nécessaire pour procéder à un prélèvement :

Assurez-vous que le matériel de prélèvement suivant est disponible avant de commencer le prélèvement :

1. Tubes VACUETTE®
2. Étiquettes pour l'identification des échantillons du patient.
3. Porte-tubes et aiguille de prélèvement sanguin VACUETTE®.
4. **Remarque :** les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® sont parfaitement adaptées à une utilisation avec les porte-tubes Greiner Bio-One. L'utilisation de porte-tubes provenant d'autres fabricants est sous la responsabilité de l'utilisateur.
5. Gants jetables et vêtements appropriés pour une protection suffisante contre l'exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang.
6. Alcool pour désinfecter le site de prélèvement.
7. Compresse sèche.
8. Garrot.
9. Sparadrap ou pansement.
10. Container pour l'élimination sûre des aiguilles et porte-tubes utilisés.

Instructions générales relatives à la ponction veineuse et au prélèvement d'échantillons :

1. PORTEZ DES GANTS DURANT LA PRISE DE SANG ET LORS DE LA MANIPULATION DES TUBES DE PRÉLÈVEMENT AFIN DE MINIMISER LES RISQUES D'EXPOSITION AU SANG !

2. Retirez la protection de la valve de l'aiguille.

Remarque : l'étiquette perforée sert non seulement à simplifier l'identification, mais est aussi un indicateur de stérilité et permet de voir si le produit est parfaitement intact. En cas d'emballage déjà ouvert ou endommagé, n'utilisez pas le produit et prenez une nouvelle aiguille intacte.

3. Vissez l'aiguille dans le porte-tubes, en veillant à la maintenir parfaitement droite. Assurez-vous que l'aiguille est bien serrée afin qu'elle ne puisse pas se dévisser pendant l'utilisation.

Remarque : si l'aiguille n'est pas bien droite, il y a un risque d'endommagement du filet de l'aiguille ou du porte-tubes. L'aiguille pourrait se dévisser pendant la prise de sang. Ne pliez pas l'aiguille !

4. Choisissez le site de prélèvement. Placez le garrot (1 minute max.) et préparez le site avec un antiseptique approprié.

NE PALPEZ PAS LES VEINES APRÈS AVOIR DÉSINFECTÉ LE SITE DE PRÉLÈVEMENT !

5. Inclinez le bras du patient vers le bas.

6. Retirez le protecteur d'aiguille et effectuez le prélèvement sanguin, avec le bras du patient vers le bas et le bouchon du tube orienté vers le haut.

7. Poussez le tube en le centrant dans le porte-tubes de manière à ce que la valve de l'aiguille perce le diaphragme en caoutchouc. Une perforation excentrée peut entraîner une perte de sang ainsi qu'une perte de vide prématuree.

8. Retirez le garrot dès que le sang commence à couler.

Remarque : ne mettez pas en contact le contenu du tube avec le bouchon ou l'extrémité de l'aiguille durant la procédure, ce qui signifie que le tube ne doit en aucun cas être retourné pendant le prélèvement.

9. Maintenez constamment le tube en position à l'aide du pouce ou de l'index, pour assurer le vide jusqu'à son remplissage complet.

Remarque : il est possible que du sang perle du manchon de l'aiguille. Suivez les préconisations de sécurité locales afin de minimiser les risques d'exposition au sang.

Placez successivement les tubes dans le porte-tubes. Assurez-vous que le contenu des tubes n'entre pas en contact avec le bouchon ou l'embout de l'aiguille pendant le prélèvement de sang.

10. Lorsque le flux de sang s'arrête, après enlèvement du dernier tube, retirez avec précaution l'aiguille de la veine en appliquant une pression sur le site de prélèvement avec une compresse sèche jusqu'à ce que le saignement s'arrête.

11. Dès que la coagulation commence, appliquez un sparadrap ou un pansement, si nécessaire.

Remarque : après le prélèvement, il peut y avoir des restes de sang dans le creux du bouchon. Prenez les précautions nécessaires pour éviter tout contact avec ce sang lors de la manipulation des tubes. Chaque porte-tubes utilisé est susceptible d'être contaminé, il est donc considéré comme dangereux et doit être immédiatement éliminé.

12. Éliminez les aiguilles usagées, y compris le porte-tubes, dans le container prévu à cet effet. NE RECAPUCHONNEZ JAMAIS une aiguille usagée, en raison du risque de piqûre.

Stockage des aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages avant utilisation :

Température de stockage conseillée : entre 4 et 36 °C (entre 40 et 97 °F).

Remarque : évitez le contact direct avec la lumière du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage conseillée peut porter atteinte à la qualité des aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE®.

Précautions :

- La manipulation des aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages implique l'observation des politiques et procédures en vigueur dans votre établissement.
- Le VHB, le VHC, le VIH et d'autres maladies infectieuses peuvent être transmis par le contact avec des échantillons biologiques. En cas d'exposition à des échantillons biologiques, le recours immédiat à des soins médicaux est recommandé.
- Pour l'élimination des aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages, servez-vous des containers prévus à cet effet.
- Portez des gants durant la prise de sang et lors de la manipulation des tubes de prélèvement afin de minimiser les risques d'exposition au sang.
- N'utilisez jamais d'aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages après leur date d'expiration.

	Numéro de référence		Usage unique
	Numéro de lot		Limite de température
	Date d'expiration		Fabricant
	Stérilisation par oxyde d'éthylène		

Production location:

Nipro Medical Industries Ltd., Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara, Tatebayashi-shi, Gunma, 374-8518, Japan
Made in Japan, distributed by Greiner Bio-One GmbH, Austria

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
faq.pa@gbo.com
(+43) 07583/6791