

## FICHE TECHNIQUE

## VK109SDK

Tube sous vide Vacutest® en PET 9ml/10ml EDTA K2 stérile

CODE ARTICLE : 016572

DATE D'EDITION : 22/02/2018 15:21:09



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

VK109SDK

### Désignation

Tube sous vide Vacutest® en PET 9ml/10ml EDTA K2 stérile

### Application

- Prélèvement d'échantillons sanguins

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

## FICHE TECHNIQUE

## VK109SDK

Tube sous vide Vacutest® en PET 9ml/10ml EDTA K2 stérile

CODE ARTICLE : 016572

DATE D'EDITION : 22/02/2018 15:21:09

### Descriptif du produit

<b>Application majeure</b>	Hématologie
<b>Nature de l'additif</b>	EDTA K2
<b>Présentation de l'additif</b>	Liquide pulvérisé
<b>Concentration de l'additif</b>	1,8 mg/ml de sang
<b>Matière du tube</b>	Polytéraphthalate d'éthylène
<b>Paroi du tube</b>	Standard
<b>Diamètre du tube (en mm)</b>	16
<b>Hauteur du tube (en mm)</b>	100
<b>Volume du tube (en ml)</b>	10
<b>Volume de vide (en ml)</b>	9
<b>Type de bouchon</b>	Coiffant
<b>Couleur du bouchon</b>	Lavande
<b>Descriptif du bouchon</b>	- Matière : surface large de perçage en butyle, cape coiffante en polyéthylène - Hauteur : 2 cm avec rainures - Code couleur ISO 6710:1995
<b>Etiquetage</b>	Papier auto-adhésif
<b>Indicateur du niveau de remplissage</b>	Oui
<b>Nombre d'inversions</b>	6 à 8
<b>Délai minimum entre prélèvement et centrifugation (en min)</b>	Aucun
<b>Délai maximum entre prélèvement et centrifugation (en h)</b>	2 à 4
<b>Vitesse de centrifugation (en g)</b>	1300-2000
<b>Température de centrifugation (en °C)</b>	20-25
<b>Durée de centrifugation (en min)</b>	10
<b>Délai de conservation après centrifugation, à 2-4°C</b>	> 8 heures ≤ 48 heures
<b>Délai de conservation après centrifugation, jusqu'à 24°C</b>	≤ 8 heures
<b>Niveau de stérilité</b>	Stérile - Irradiation
<b>A usage unique</b>	Oui
<b>Autres caractéristiques</b>	- Conforme au marquage CE (DIV) - Conforme aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement

## FICHE TECHNIQUE

## VK109SDK

Tube sous vide Vacutest® en PET 9ml/10ml EDTA K2 stérile

CODE ARTICLE : 016572

DATE D'EDITION : 22/02/2018 15:21:09

- Conforme au CLSI
- Stérile par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et EN ISO 11737-2
- Les informations sur la centrifugation et la conservation concernent les analyses sur le plasma

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

### INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	VACUTEST KIMA SRL
Référence du fournisseur	13560
Pays d'origine	ITALIE