

# CERTIFICAT D'ASSURANCE



Ce certificat est votre assurance que les produits TipOne<sup>®</sup>, TipOne<sup>®</sup> Repeat, TubeOne<sup>®</sup> and PlateOne<sup>®</sup> sont fabriqués dans un environnement régulièrement contrôlé certifié sans RNase, DNase, ADN humain ni agents Pyrogènes.

#### *Seuils de détection:*

RNase	< 1 x 10 <sup>-9</sup> unités Kunitz
DNase	< 1 x 10 <sup>-6</sup> unités Kunitz
ADN Humain	< 2 x 10 <sup>-9</sup> mg
Endotoxines	< 0.05 EU/ml

Les produits stériles ont été stérilisés par rayonnement à faisceau d'électrons selon les normes DIN EN ISO 11137-2:2007 avec une dose minimum de 15kGy (1.5 Mrads).

Stérilité : NAS 10<sup>-6</sup>.

[www.starlabgroup.com](http://www.starlabgroup.com)



# *Certificat d'Assurance*

Date d'émission : 15 Février 2012

- Pointes TipOne®
- Pipettes ErgoOne®
- Distributeur RepeatOne®
- Tubes TubeOne®
- Plaques PlateOne®
- Consommables de culture cellulaire CytoOne®

Nous certifions par la présente que tous les produits des gammes de produits ci-dessus ne contiennent pas plus de 0.1% de substances inscrites à la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (SVHC) publiée par ECHA.

**Dr. Lennart Walter**  
**Product Manager**

