


## FICHE TECHNIQUE



<b>Référence</b>	<b>S1111-6700</b>
Description	Pointe TipOne® 1000 µl graduée, Refill
Conditionnement	10 plateaux de 96 pointes
Code couleur plateau	●
Matériau	Polypropylène vierge naturel
Graduations	250, 500 et 1000 µl
Présence d'un filtre	Non
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Compatibilité	Universelle
Qualité	Certifiée sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes



# TipOne

Toutes les pointes TipOne® sont certifiées sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes



Les pointes TipOne® sont conçues pour être compatibles avec la plupart des pipettes sans perte de précision ni de justesse.



PP

**STARLAB  
International GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0  
F: +49 (0)40 675 99 39 0  
info@starlab.de  
www.starlabgroup.com

**STARLAB GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0  
F: +49 (0)40 675 99 39 0  
info@starlab.de  
www.starlab.de

**STARLAB (UK), Ltd**  
4 Tanners Drive  
Milton Keynes MK14 5NA  
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800  
F: +44 (0)1908 283802  
info@starlab.co.uk  
www.starlab.co.uk

**STARLAB FRANCE SARL**  
30 rue Jean Rostand  
91440 Orsay  
France

T: +33 (0)1 60 13 71 70  
F: +33 (0)1 69 41 48 65  
info@starlab-france.com  
www.starlab-france.com

**STARLAB S.r.l.**  
Via Pinturicchio 1  
20133 Milano  
Italy

T: +39 02 7020 1040  
F: +39 02 7020 1033  
info@starlitalia.it  
www.starlitalia.it

[www.starlab-france.com](http://www.starlab-france.com)

