



# FICHE TECHNIQUE



Échelle: 1:1

Référence	<b>S1120-2710</b>
Description	Pointe à filtre TipOne® 50 µl biseautée (stérile)
Conditionnement	10 refills (stériles) de 96 pointes
Code couleur plateau	
Matériau	Polypropylène vierge naturel
Graduations	Non
Présence d'un filtre	Oui, en HDPE pur
Stérile	Oui
Autoclavable	Non
Compatibilité	Universelle
Qualité	Certifiée sans Rnase, Dnase, ADN ni pyrogènes



Utilisez le ruban "PULL TO OPEN" pour ouvrir l'emballage.



Soulevez la recharge et le couvercle par les ergots de clipsage et placez-les dans le rack vide TipOne® jusqu'à ce qu'ils se clipsent.



Retirez le couvercle de la recharge.



Compatibles avec les nouveaux racks TipOne® uniquement. Les nouveaux racks ont 3 encoches sur les côtés et le logo TipOne® à l'avant.

Photos non contractuelles

## TipOne

Toutes les pointes TipOne® sont certifiées sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes



Les pointes TipOne® sont conçues pour être compatibles avec la plupart des pipettes sans perte de précision ni de justesse.



**STARLAB International GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0  
F: +49 (0)40 675 99 39 20  
info@starlab.de  
www.starlabgroup.com

**STARLAB GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0  
F: +49 (0)40 675 99 39 0  
info@starlab.de  
www.starlab.de

**STARLAB (UK), Ltd**  
4 Tanners Drive  
Milton Keynes MK14 5NA  
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800  
F: +44 (0)1908 283802  
info@starlab.co.uk  
www.starlab.co.uk

**STARLAB FRANCE SARL**  
30 rue Jean Rostand  
91440 Orsay  
France

T: +33 (0)1 60 13 71 70  
F: +33 (0)1 69 41 48 65  
info@starlab-france.com  
www.starlab-france.com

**STARLAB S.r.l.**  
Via Pinturicchio 1  
20133 Milano  
Italy

T: +39 02 7020 1040  
F: +39 02 7020 1033  
info@starlabitalia.it  
www.starlabitalia.it

[www.starlab-france.com](http://www.starlab-france.com)

