


FICHE TECHNIQUE



Référence	S1122-1730
Description	Pointe à filtre TipOne® 1000 µL XL graduée (stérile)
Conditionnement	10 refills (stériles) de 96 pointes
Code couleur plateau	
Matériau	Polypropylène vierge naturel
Graduations	100, 250, 500 et 1000 µL
Présence d'un filtre	Oui, en HDPE pur
Stérile	Oui
Autoclavable	Non
Compatibilité	Universelle
Qualité	Certifiée sans Rnase, Dnase, ADN ni pyrogènes

Échelle: 1:1



TipOne

Toutes les pointes TipOne® sont certifiées sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes



Les pointes TipOne® sont conçues pour être compatibles avec la plupart des pipettes sans perte de précision ni de justesse.



STARLAB
International GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 0
info@starlab.de
www.starlabgroup.com

STARLAB
GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 0
info@starlab.de
www.starlab.de

STARLAB
(UK), Ltd
4 Tanners Drive
Milton Keynes MK14 5NA
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800
F: +44 (0)1908 283802
info@starlab.co.uk
www.starlab.co.uk

STARLAB
FRANCE SARL
30 rue Jean Rostand
91440 Orsay
France

T: +33 (0)1 60 13 71 70
F: +33 (0)1 69 41 48 65
info@starlab-france.com
www.starlab-france.com

STARLAB
S.r.l.
Via Pinturicchio 1
20133 Milano
Italy

T: +39 02 7020 1040
F: +39 02 7020 1033
info@starlitalia.it
www.starlitalia.it

www.starlab-france.com

