

CERTIFICAT D'ASSURANCE



Ce certificat est votre assurance que les produits TipOne[®], TipOne[®] Repeat, TubeOne[®] and PlateOne[®] sont fabriqués dans un environnement régulièrement contrôlé certifié sans RNase, DNase, ADN humain ni agents Pyrogènes.

Seuils de détection:

RNase	< 1 x 10 ⁻⁹ unités Kunitz
DNase	< 1 x 10 ⁻⁶ unités Kunitz
ADN Humain	< 2 x 10 ⁻⁹ mg
Endotoxines	< 0.05 EU/ml

Les produits stériles ont été stérilisés par rayonnement à faisceau d'électrons selon les normes DIN EN ISO 11137-2:2007 avec une dose minimum de 15kGy (1.5 Mrads).

Stérilité : NAS 10⁻⁶.

www.starlabgroup.com



Certificat d'Assurance

Date d'émission : 15 Février 2012

- Pointes TipOne®
- Pipettes ErgoOne®
- Distributeur RepeatOne®
- Tubes TubeOne®
- Plaques PlateOne®
- Consommables de culture cellulaire CytoOne®

Nous certifions par la présente que tous les produits des gammes de produits ci-dessus ne contiennent pas plus de 0.1% de substances inscrites à la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (SVHC) publiée par ECHA.

Dr. Lennart Walter
Product Manager

