

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

713268




La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Référence | 713268 |
| Conditionnement | Recharge pour Multirack |
| Volume | 10 µl |
| Graduation | 2, 5, 10 |
| Longueur | 45,34 mm |
| Couleur | naturel |
| Filtre | non |
| Low Retention | non |
| Stérilité | non |
| Autoclavable | Oui |



Unités :

960 pointes