

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

713271



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	713271
Conditionnement	Recharge pour Multirack
Volume	1250 µl
Graduation	200, 500, 1000
Longueur	102 mm
Couleur	naturel
Filtre	non
Low Retention	non
Stérilité	non
Autoclavable	Oui

Unités :

768 pointes

