

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **014200CL**



Retrouvez les constats de vérification des pointes ClearLine® avec vos micropipettes sur :

www.dutscher.com/clearline



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

Référence	014200CL
Description	Pointes à filtre ClearLine® 100 – 1000 µl
Conditionnement	10 x 100 pointes, sur rack à couvercle coiffant
Matériaux	Pointes en polypropylène vierge naturel
Filtre	Oui
Stérilité	Oui
Compatibilité	Universelle
Autoclavabilité	Non
Stockage	Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
Contrôle Qualité	<u>Chaque lot est certifié:</u> RNase, DNase-free, exempt d'ADN humain, exempt de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR.
Traçabilité	<u>Sur chaque rack:</u> un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration.

