eppendorf




# Obtenez plus !

Qualité – Stabilité – Pureté : Eppendorf Plates™

DONNÉES TECHNIQUES

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# « La qualité est visible de l'extérieur mais c'est à l'intérieur qu'elle agit. »

Les plaques Eppendorf™ sont produites, manipulées, stockées et fournies dans le respect des normes de qualité et de pureté les plus sévères – c'est ce que nos clients appellent la Qualité Eppendorf. Pour la fabrication, nous utilisons des matériaux bruts d'excellente qualité et conformes aux critères internationaux en matière de pureté. Le haut degré d'automatisation et les conditions caractéristiques des salles blanches, éliminent toute interaction humaine et donc le risque de contamination. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de notre processus de qualité. Grâce à nos critères de contrôle particulièrement sévères, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous garantissons la parfaite reproductibilité de nos produits et de vos résultats – lot après lot.

« Nous avons assisté à une forte inhibition de nos analyses enzymatiques du fait des lixiviations de produits chimiques contenus dans les consommables en plastique. Pour assurer la reproductibilité, nous utilisons des consommables fournis par des sociétés confirmant l'absence d'additifs critiques lors de la fabrication. »

**Dr. Andrew Holt**
*Département de Pharmacologie, University d'Alberta, Canada*

« Nous devons éviter les relargages d'agents contaminants dans l'échantillon qui se sont accumulés dans la matière plastique et empêchent la croissance bactérienne. Nos consommables utilisés pour l'analyse des échantillons d'eau doivent avoir un degré de pureté maximum afin d'assurer la fiabilité des résultats. »

**Karen Thomsen**
*Laboratoire central de microbiologie, Hamburg Water GmbH, Allemagne*

« Nos rendements de purification d'ADN d'origine animale ou végétale nécessitent une rectification du tissu avant et pendant le processus d'analyse cellulaire. Comme nous travaillons sur un grand nombre d'échantillons, les cassures de consommables et donc les pertes d'échantillons peuvent avoir des conséquences graves. L'excellente qualité et stabilité des plaques Deepwell de 1mL sont une solution idéale car elles améliorent nettement la fiabilité de nos processus. »

**Dr. Paul Gooding**
*Plant Genomics Centre, Institut de recherche génomique australien*

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Eppendorf Deepwell Plates

Les plaques Deepwell Eppendorf à 96 et 384 puits sont particulièrement performantes pour toutes les applications manuelles et automatisées – du stockage des échantillons à –86 °C à la dénaturation de l'ADN à 100 °C. Fabriquées en polypropylène (PP) extra-pur, ces plaques disposent de caractéristiques novatrices : plus sûres, plus efficaces, plus stables.

**Applications**

> Stockage et préparation des échantillons
> Culture de bactéries et de levures
> Haut débit d'isolation d'ADN et d'ARN
> Stockage d'ADNc ou de banques génomiques
> Stockage de siARN ou de bibliothèques d'oligonucléotides
> Stockage et analyse des échantillons de protéines et d'ADN sur les plaques Eppendorf LoBind®

**Caractéristiques du produit**

> Matrice OptiTrack® : identification des échantillons 30 % plus rapide et moins d'erreurs de pipetage grâce à un étiquetage alphanumérique contrasté
> Conception de puits coniques RecoverMax® : géométrie de puits optimisée pour obtenir un taux de récupération maximum des échantillons et d'excellentes propriétés du mélange
> Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec scellage à chaud
> g-safe®: stabilité de centrifugation exceptionnelle jusqu'à 6,000 × *g* pour des protocoles plus rapides et une qualité d'échantillon améliorée
> Disponible avec code barres (sur demande)

> Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.eppendorf.com/consumables

DOSSIER TECHNIQUE DUSSEAU SAS

# Eppendorf Microplates

Les microplaques Eppendorf apportent une précision unique à votre laboratoire ! Il n'a jamais été aussi simple de pipeter, d'analyser et de récupérer des échantillons avec une microplaque en polypropylène. La grande transparence « unique en son genre » vous permet de repérer systématiquement vos échantillons du premier coup d'œil. Les Microplaques sont également disponibles en matériau LoBind pour une récupération maximale d'échantillon.

**Applications**

> Stockage et préparation des échantillons
> Analyses qui requièrent une résistance élevée à la température ou aux solvants
> Criblage actif d'ingrédients
> Chimie combinatoire
> Stockage d'ADNc ou de banques génomiques
> Analyse de protéines

**Caractéristiques du produit**

> Polypropylène transparent sans égal pour une meilleure visibilité des échantillons
> Matrice OptiTrack® : identification des échantillons 30 % plus rapide et moins d'erreurs de pipetage via un étiquetage alphanumérique contrasté
> Conception de puits RecoverMax® : géométrie de puits optimisée pour obtenir un taux de récupération maximum des échantillons et d'excellentes propriétés du mélange
> g-safe®: exceptionnelle stabilité de centrifugation jusqu'à 6 000 × *g*
> Haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
> Disponible avec code barres (sur demande)




> Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.eppendorf.com/consumables

DOCUMENT SCIER SAS




# Eppendorf LoBind® Plates

**Plaques Protein LoBind**
Quand les échantillons biologiques sont conservés ou incubés dans des consommables standard, plus de 90 % peuvent se perdre en moins de 24 heures, à cause de l'adsorption moléculaire à la surface du plastique. Les Eppendorf LoBind Plates maximisent la récupération des échantillons en réduisant de manière significative la liaison des échantillons à la surface.

**Applications**
> Préparation ou stockage des échantillons de protéines, de peptides ou d'anticorps
> Analyses enzymatiques - la surface hydrophile réduit la dénaturation enzymatique quand elle entre en contact avec la paroi interne des puits
> Prévention de la perte des échantillons lors du stockage de solutions virales étalon
> Stockage de cellules en suspension

**Plaques DNA LoBind**
Les plaques DNA LoBind améliorent la récupération des acides nucléiques en réduisant leur absorption à la paroi des puits. Une combinaison de technologies de fabrication spéciales et de lots sélectionnés en polypropylène garantit une récupération quasi-totale des molécules d'ADN/ARN – sans revêtement de surface afin d'éliminer le risque de contamination des échantillons.

**Applications**
> Préparation ou stockage des échantillons d'ADN et d'ARN
> Analyse médico-légale
> Préparation de séries de dilution en PCR quantitative
> Préparation des échantillons en séquençage nouvelle génération
> Création de bibliothèques de génomes ou d'oligonucléotides

> Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.eppendorf.com/consumables

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

**Caractéristiques du produit**

> Le matériau LoBind garantit une récupération maximale des échantillons pour de meilleurs résultats d'analyse
> Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) afin de réduire le risque d'interférence des échantillons
> Testé par lot et certifié sans ADN, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR (PCR clean)
> Disponible en formats tube, microplaque, plaque PCR et plaque deepwell pour une mise à l'échelle supérieure
> Matrice OptiTrack® unique en son genre : identification 30 % plus rapide et moins d'erreurs de pipetage
> Conception de puits RecoverMax® : géométrie de puits optimisée pour obtenir un taux de récupération maximum des échantillons et d'excellentes propriétés du mélange
> Des bords de puits surélevés et une surface lisse garantissent un scellage fiable des plaques
> Disponible avec code barres (sur demande)

> Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.eppendorf.com/consumables

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Eppendorf Assay/Reader Microplates

Les microplaques assay Eppendorf sont optimisées pour la mesure des analyses d'absorbance dans la plage de rayonnement visible et UV, des analyses de fluorescence et de chimiluminescence. Les plaques pleines sont adaptées aux lecteurs de plaques à lecture par le haut. Les plaques transparentes et les plaques noires/transparentes peuvent être utilisées avec les lecteurs de plaque à lecture par le haut et le bas.

**Applications**

> Plaques VIS et UV-VIS transparentes pour toutes les analyses d'extinction dans la plage de rayonnement visible et UV
> Microplaques noires et blanches pour une détection par fluorescence et par luminescence.
> Détermination de l'ADN et des protéines avec des colorants par extinction ou par fluorescence
> Analyses de cellules
> Tests de viabilité cellulaire et d'apoptose
> Imagerie cellulaire

**Caractéristiques du produit**

> Les microplaques UV-VIS comportent un fond à film ultra-fin pour une excellente transmission de la lumière dans la plage de rayonnement UV
> Les microplaques noires Eppendorf offrent un excellent rapport signal-bruit – pour des signaux clairs, même avec des échantillons faiblement concentrés
> Les microplaques blanches d'Eppendorf maximisent la réflexion et sont ainsi optimisées pour une très haute sensibilité de détection des signaux de luminescence ou de faible fluorescence
> Les plaques assay pleines noires et blanches sont en polypropylène qui assure une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
> Toutes les plaques sont optimisées pour une autofluorescence et une autoluminescence minimales

> Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.eppendorf.com/consumables

DOMTECH SAS

# Eppendorf Cell Culture Plates

Les plaques de culture cellulaire Eppendorf sont personnalisées pour la culture d'un petit nombre de cellules ainsi que pour l'analyse de cellules. L'étude morphologique ou fonctionnelle de cellules peut s'avérer critique en microplaques. Les performances optiques, la planéité, la transparence et la faible adsorption responsable des ménisques sont des critères qui, lorsqu'ils sont optimums, facilitent le traitement manuel ou automatisé de cellules sur plaques.

La conception en puits de cheminée permet d'éviter la croissance non homogène des cellules au niveau de l'anneau externe du puits pour tout type de plaque réduisant les coûts et augmentant l'efficacité.

**Caractéristiques du produit**

> Identification simplifiée du puits grâce au marquage individuel très contrasté des puits
> L'étiquetage alphanumérique contrasté de l'OptiTrack® permet d'identifier les échantillons 30 % plus rapidement avec moins d'erreurs de pipetage
> Cavité autour des puits extérieurs pour empêcher « l'effet de bord » en cas de remplissage de liquide
> Conception du puits de cheminée permettant le remplissage des espaces entre les puits de la plaque pour stabiliser la température et éviter les contaminations croisées en cas d'erreur de pipetage
> Système d'empilement hautement performant grâce aux larges bords du couvercle et à son excellente adaptation à la base en cas d'empilage
> Fentes de ventilation prononcées pour optimiser le transfert du gaz et de la température




DOCUMENT DU GROUPE SAS

# Eppendorf twin.tec® PCR Plates

Une parfaite compatibilité avec les blocs PCR et les systèmes de scellage sont les caractéristiques essentielles d'une plaque PCR flexible et ouverte. Les plaques PCR Eppendorf twin.tec ont été conçues pour répondre à ce double défi. Le cadre rigide en polycarbonate reste indéformable, même à haute température. Les manipulations d'échantillons consécutives en sont d'autant plus facilitées et répétables.

L'efficacité de la fermeture est complétée par des bords rehaussés qui forment une entité particulièrement étanche avec la solution de scellage. Si vous pensez qu'une plaque PCR n'est qu'une plaque PCR, vous serez surpris par tout ce qu'une plaque PCR twin.tec Eppendorf peut vous apporter.

**Caractéristiques du produit**

> Conception en une pièce : association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène pour une performance de premier ordre
> Les puits en polypropylène à paroi extrêmement fine garantissent un transfert optimal de la chaleur vers l'échantillon
> Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant aux torsions
> Tolérance de puits à puits améliorée
> Coin tronqué et marquage alphanumérique
> Bords des puits surélevés pour un scellage efficace ; réduit également le risque de contamination croisée
> Certifié sans ADN humain détectable, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR
> Disponible avec code barres (sur demande)
> Idéales également pour la PCR quantitative en temps réel



> Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.eppendorf.com/twintec

DUTSCHER SAS

# Options de scellage pour Eppendorf Plates™

**Caractéristiques du produit**

> Films ou feuilles adhésifs pour le scellage simple et fiable lors du stockage des échantillons
> Film et feuille aluminium de thermosoudage pour un scellage 100% hermétique
> Les films et feuilles adhésifs assurent la parfaite étanchéité des plaques PCR tout en empêchant les pertes par évaporation en cours de PCR
> Le film PCR Masterclear en temps réel est optimisé pour assurer l'excellente transmission de la lumière
> Les feuilles en aluminium peuvent être perforées et protègent les échantillons sensibles à la lumière
> Les films transparents protègent des perforations indésirables
> Couvercle de plaque Eppendorf® : protection stable et flexible des échantillons pendant les stockages à court terme
> Les tapis de scellage siliconés sont autoclavables et réutilisables

**Spécifications techniques**

| Désignation | Film pour thermosoudage | Heat Sealing Foil |
|---|---|---|
| Unité de conditionnement | 1 × 100 pcs. | 1 × 100 pcs. |
| Caractéristiques | > Stratifié de polyester / polypropylène de qualité optique<br>> Option de scellage extrêmement stable – impossible de l'enlever ou de le transpercer | > Feuille en aluminium stratifiée<br>> Facile à perforer – aussi pour pipettes multicanaux<br>> Facile à retirer |
| Intégrité de scellage | de - 80 °C à + 100 °C. | de - 80 °C à + 100 °C. |
| Temps de thermosoudage obtenu avec Eppendorf Heat Sealer | 4 sec. | 4 sec. |
| Matériaux soudables | Polypropylène | Polypropylène |
| Applications spécifiques | > Applications colorimétriques<br>> Utilisant la fluorescence, dont la PCR en temps réel<br>> Stockage d'échantillons dangereux<br>> Stockage des échantillons à long terme | > Recommandé pour l'utilisation dans les systèmes automatisés |

> Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.eppendorf.com/consumables

POLYLABO DEUTSCHER SAS

# Eppendorf Deepwell Plates

**Nomenclature de commande**

| Désignation | Couleur | Code |
|---|---|---|
| **Plaque Deepwell 96/2000 µL, puits transparents, 2,000 µL** | | |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | ☐ blanc | 0030 501.306 |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | jaune, 25 pcs. | 0030 501.314 |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | vert | 0030 501.330 |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | bleu | 0030 501.349 |
| PCR clean, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 505.301 |
| stérile, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | ☐ blanc | 0030 502.302 |
| stérile, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | jaune, 25 pcs. | 0030 502.310 |
| stérile, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | vert | 0030 502.337 |
| stérile, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | bleu | 0030 502.345 |
| stérile, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 506.308 |
| **Plaque Deepwell 96/1000 µL, puits transparents, 1,000 µL** | | |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | ☐ blanc | 0030 501.209 |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | jaune, 25 pcs. | 0030 501.217 |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | vert | 0030 501.233 |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | bleu | 0030 501.241 |
| PCR clean, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 505.204 |
| stérile, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | ☐ blanc | 0030 502.205 |
| stérile, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | jaune, 25 pcs. | 0030 502.213 |
| stérile, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | vert | 0030 502.230 |
| stérile, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | bleu | 0030 502.248 |
| stérile, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 506.200 |
| **Plaque Deepwell 96/500 µL, puits transparents, 500 µL** | | |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 501.101 |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | jaune, 25 pcs. | 0030 501.110 |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | vert | 0030 501.136 |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | bleu | 0030 501.144 |
| PCR clean, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques) | ☐ blanc | 0030 505.107 |
| stérile, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 502.108 |
| stérile, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | jaune, 25 pcs. | 0030 502.116 |
| stérile, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | vert | 0030 502.132 |
| stérile, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | bleu | 0030 502.140 |
| stérile, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques) | ☐ blanc | 0030 506.103 |
| **Plaque Deepwell 384/200 µL, puits transparents, 200 µL** | | |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 521.102 |
| PCR clean, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques) | ☐ blanc | 0030 525.108 |
| stérile, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 522.109 |
| stérile, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques) | ☐ blanc | 0030 526.104 |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Eppendorf Microplates

**Nomenclature de commande**

| Désignation | Couleur du bord OptiTrack® | Code |
|---|---|---|
| **Microplaque 96/F,** puits transparents | | |
| PCR clean, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 601.106 |
| stérile, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 602.102 |
| **Microplaque 96/U,** puits transparents | | |
| PCR clean, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 601.203 |
| stérile, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 602.200 |
| **Microplaque 96/V,** puits transparents | | |
| PCR clean, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 601.300 |
| stérile, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 602.307 |
| **Microplaque 384/F,** puits transparents | | |
| PCR clean, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 621.107 |
| stérile, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 622.103 |
| **Microplaque 384/V** | | |
| PCR clean, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 621.301 |
| stérile, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 622.308 |

# Eppendorf Assay/Reader Microplates

**Nomenclature de commande**

| Désignation | Matériau | Code |
|---|---|---|
| **Microplaque 96/F,** puits blancs, PCR clean, bord gris, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | polypropylène | 0030 601.475 |
| **Microplaque 96/U,** puits blancs, PCR clean, bord gris, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | polypropylène | 0030 601.572 |
| **Microplaque 96/V,** puits blancs, PCR clean, bord gris, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | polypropylène | 0030 601.670 |
| **Microplaque 384/V,** puits blancs, PCR clean, bord gris, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | polypropylène | 0030 621.670 |
| **Microplaque 96/F,** puits noirs, PCR clean, bord blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | polypropylène | 0030 601.700 |
| **Microplaque 96/U,** puits noirs, PCR clean, bord blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | polypropylène | 0030 601.807 |
| **Microplaque 96/V,** puits noirs, PCR clean, bord blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | polypropylène | 0030 601.904 |
| **Microplaque 384/V,** puits noirs, PCR clean, bord blanc, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | polypropylène | 0030 621.905 |
| **Plaque d'imagerie cellulaire,** puits noirs/transparents, stérile, bord noir, 20 plaques | polystyrène/film | 0030 741.013 |
| **Microplaque UV-VIS 96/F,** puits transparents, bord incolore | polystyrène/film | 0030 741.048 |
| **Microplaque VIS 96/F,** puits transparents, bord incolore | polystyrène | 0030 730.020 |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Eppendorf Protein LoBind Plates

**Nomenclature de commande**

| Désignation | Couleur du bord OptiTrack® | Code |
|---|---|---|
| **Microplaque 384/V-PP,** Protein LoBind | | |
| PCR clean, 80 plaques (5 × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 624.300 |
| PCR clean, 240 plaques (10 × 24 plaques) | ☐ blanc | 0030 628.306 |
| **Plaque Deepwell 96/2000 µL,** Protein LoBind | | |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | ☐ blanc | 0030 504.305 |
| **Plaque Deepwell 96/1000 µL,** Protein LoBind | | |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | ☐ blanc | 0030 504.208 |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | jaune, 25 pcs. | 0030 504.216 |
| PCR clean, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 508.203 |
| **Plaque Deepwell 96/500 µL,** Protein LoBind | | |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 504.100 |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | jaune, 25 pcs. | 0030 504.119 |
| PCR clean, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques) | ☐ blanc | 0030 508.106 |
| **Plaque Deepwell 384/200 µL,** Protein LoBind | | |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 524.101 |
| PCR clean, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques) | ☐ blanc | 0030 528.107 |

# Eppendorf DNA LoBind Plates

**Nomenclature de commande**

| Désignation | Couleur du bord OptiTrack® | Code |
|---|---|---|
| **Microplaque 96/V-PP,** DNA LoBind | | |
| PCR clean, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 603.303 |
| **Microplaque 384/V-PP,** DNA LoBind | | |
| PCR clean, 80 plaques (5 sachets × 16 plaques) | ☐ blanc | 0030 623.304 |
| PCR clean, 240 plaques (10 sachets × 24 plaques) | ☐ blanc | 0030 627.300 |
| **Plaque Deepwell 96/1000 µL,** DNA LoBind | | |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | ☐ blanc | 0030 503.201 |
| PCR clean, 20 plaques (5 sachets × 4 plaques) | bleu | 0030 503.244 |
| PCR clean, 80 plaques (10 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 507.207 |
| **Plaque Deepwell 96/500 µL,** DNA LoBind | | |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 503.104 |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | bleu | 0030 503.147 |
| PCR clean, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques) | ☐ blanc | 0030 507.100 |
| **Plaque Deepwell 384/200 µL,** DNA LoBind | | |
| PCR clean, 40 plaques (5 sachets × 8 plaques) | ☐ blanc | 0030 523.105 |
| PCR clean, 120 plaques (10 sachets × 12 plaques) | ☐ blanc | 0030 527.100 |

DOMINIQUE PUTSCHER SAS

# Eppendorf Cell Culture Plates

| Nomenclature de commande | |
|---|---|
| **Désignation** | **Code** |
| **Plaque pour culture cellulaire Eppendorf, 6 puits,** avec couvercle, fond plat, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique. | |
| traité au TC, 60 plaques, conditionnement individuel | 0030 720.113 |
| non traité, 60 plaques, conditionnement individuel | 0030 720.016 |
| traité au TC, 200 plaques (20 sachets × 10 plaques) | 0030 720.121 |
| **Plaque pour culture cellulaire Eppendorf, 12 puits,** avec couvercle, fond plat, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique. | |
| traité au TC, 60 plaques, conditionnement individuel | 0030 721.110 |
| non traité, 60 plaques, conditionnement individuel | 0030 721.012 |
| **Plaque pour culture cellulaire Eppendorf, 24 puits,** avec couvercle, fond plat, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique. | |
| traité au TC, 60 plaques, conditionnement individuel | 0030 722.116 |
| non traité, 60 plaques, conditionnement individuel | 0030 722.019 |
| **Plaque pour culture cellulaire Eppendorf, 48 puits,** avec couvercle, fond plat, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique. | |
| traité au TC, 60 plaques, conditionnement individuel | 0030 723.112 |
| non traité, 60 plaques, conditionnement individuel | 0030 723.015 |
| **Plaque pour culture cellulaire Eppendorf, 96 puits,** avec couvercle, fond plat, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique. | |
| traité au TC, 80 plaques, conditionnement individuel | 0030 730.119 |
| non traité, 80 plaques, conditionnement individuel | 0030 730.011 |
| traité au TC, 200 plaques (20 sachets × 10 plaques) | 0030 730.127 |

# Eppendorf twin.tec® PCR Plates

| Nomenclature de commande | |
|---|---|
| **Désignation** | **Code** |
| **Plaque PCR twin.tec 96, jupée** | |
| incolore, 25 pcs. | 0030 128.648 |
| jaune, 25 pcs. | 0030 128.656 |
| vert, 25 pcs. | 0030 128.664 |
| bleu, 25 pcs. | 0030 128.672 |
| rouge, 25 pcs. | 0030 128.680 |
| **Plaque PCR twin.tec 96, semi-jupée** | |
| incolore, 25 pcs. | 0030 128.575 |
| jaune, 25 pcs. | 0030 128.583 |
| vert, 25 pcs. | 0030 128.591 |
| bleu, 25 pcs. | 0030 128.605 |
| rouge, 25 pcs. | 0030 128.613 |
| **Plaque PCR twin.tec 96, non jupée, faible volume** | |
| incolore, 20 pcs. | 0030 133.307 |
| jaune, 20 pcs. | 0030 133.315 |
| vert, 20 pcs. | 0030 133.323 |
| bleu, 20 pcs. | 0030 133.331 |
| rouge, 20 pcs. | 0030 133.340 |
| **Plaque PCR twin.tec 96, non jupée, 250 µL** | |
| incolore, 20 pcs. | 0030 133.366 |
| bleu, 20 pcs. | 0030 133.390 |

| Nomenclature de commande | |
|---|---|
| **Désignation** | **Code** |
| **Plaque PCR twin.tec 96, non jupée, divisible, faible volume** | |
| incolore, 20 pcs. | 0030 133.358 |
| bleu, 20 pcs. | 0030 133.382 |
| **Plaque PCR twin.tec 96, non jupée, divisible, 250 µL** | |
| incolore, 20 pcs. | 0030 133.374 |
| bleu, 20 pcs. | 0030 133.404 |
| **Plaque PCR twin.tec *microbiology* 96, jupée** | |
| incolore, 10 pcs. | 0030 129.300 |
| bleu, 10 pcs. | 0030 129.318 |
| **Plaque PCR twin.tec *microbiology* 96, semi-jupée** | |
| incolore, 10 pcs. | 0030 129.326 |
| bleu, 10 pcs. | 0030 129.334 |
| **Plaque PCR 384 twin.tec *microbiology*** | |
| incolore, 10 pcs. | 0030 129.342 |
| bleu, 10 pcs. | 0030 129.350 |
| **Plaque PCR twin.tec 384** | |
| incolore, 25 pcs. | 0030 128.508 |
| jaune, 25 pcs. | 0030 128.516 |
| vert, 25 pcs. | 0030 128.524 |
| bleu, 25 pcs. | 0030 128.532 |
| rouge, 25 pcs. | 0030 128.540 |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Eppendorf twin.tec® *real-time* PCR Plates

| Nomenclature de commande | |
|---|---|
| **Désignation** | **Code** |
| **Plaque PCR twin.tec 96 temps réel, jupée** | |
| bleu, 25 pcs. | 0030 132.505 |
| blanc, 25 pcs. | 0030 132.513 |
| noir, 25 pcs. | 0030 132.521 |
| **Plaque PCR twin.tec 96 temps réel, semi-jupée** | |
| bleu, 25 pcs. | 0030 132.530 |
| blanc, 25 pcs. | 0030 132.548 |
| noir, 25 pcs. | 0030 132.556 |
| **Plaque PCR twin.tec 96 temps réel, non jupée low profile** | |
| blanc, 20 pcs. | 0030 132.700 |
| bleu, 20 pcs. | 0030 132.718 |
| noir, 20 pcs. | 0030 132.726 |
| **Plaque PCR twin.tec 384 temps réel, jupée** | |
| blanc, 25 pcs. | 0030 132.734 |
| bleu, 25 pcs. | 0030 132.742 |
| noir, 25 pcs. | 0030 132.750 |

# Options de scellage pour Eppendorf Plates™

| Nomenclature de commande | |
|---|---|
| **Désignation** | **Code** |
| **Options de scellage pour plaques Eppendorf™** | |
| **Eppendorf Storage Film,** auto-adhésif, PCR clean, 100 pcs. (2 sachets × 50 pièces) | 0030 127.870 |
| **Eppendorf Storage Film,** auto-adhésif, PCR clean, 100 pcs. | 0030 127.889 |
| **Eppendorf Sealing Mat,** pour DWP 96/1000, Eppendorf Quality™, 80 pcs. (5 sachets × 16 pièces) | 0030 127.552 |
| **Eppendorf Sealing Mat,** pour DWP 96/2000, Eppendorf Quality™, 50 pcs. (5 sachets × 10 pièces) | 0030 127.579 |
| **Couvercle de plaque Eppendorf®,** pour MTP et DWP, PCR clean, 80 pcs. (5 sachets × 16 pièces) | 0030 131.517 |
| **Couvercle de plaque Eppendorf®,** pour MTP et DWP, stérile, 80 pcs. (5 sachets × 16 pièces) | 0030 131.525 |
| **Matériel de scellage pour PCR** | |
| **Film autocollant Masterclear® real-time PCR,** 100 feuillets | 0030 132.904 |
| **Film pour thermosoudage,** 100 pièces | 0030 127.838 |
| **Film pour thermosoudage,** 100 pièces | 0030 127.854 |
| Film PCR (auto-adhésif), 100 pcs. | 0030 127.811 |
| Feuille aluminium PCR (auto-adhésif), 100 pcs. | 0030 127.820 |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

**Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact**
Eppendorf France SAS · 60, route de Sartrouville · 78230 Le Pecq · France
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.fr

Eppendorf®, le logo Eppendorf, Eppendorf Plate®, Eppendorf twin.tec®, Eppendorf LoBind®, OptiTrack®, RecoverMax®, g-safe® et Masterclear® sont des marques déposées d'Eppendorf AG, Hamburg, Allemagne. Eppendorf Plates™ est une marque déposée d'Eppendorf AG, Hambourg, Allemagne. Tous droits réservés, y compris graphiques et illustrations. Copyright © 2013 Eppendorf AG.
Order no.: APLXX12030/FR1/0,7T/0214/CCHH/K&R