

FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – Décembre 2009

Désignation du produit : Inserts de Culture de Tissus ThinCert™

Spécifications

	657640
	
Description	Inserts de Culture de Tissus ThinCert™ Taille pore : 0.4 µm Densité pore : $1 \times 10^8 \text{ cm}^2$
Dimension	Diamètre interne 24,85 mm Diamètre externe 27,85 mm Hauteur 16,25 mm Surface de culture 452,4 mm ²
Volume	Volume de travail ThinCert™ : 1,0 – 3,6 ml Volume de travail des puits : 2,0 – 4,15 ml
Matière	Inserts ThinCert™ (Polystyrène), absence de métaux lourds Membrane poreuse capillaire: PET, absence de métaux lourds
Couleur	Membrane poreuse capillaire : translucide
Stérilisation	+ SAL 10 ⁻³
Autres informations	Certifié class VI USP

Caractéristiques

Basic	Exemples de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens, non-cytotoxic
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production
Autres informations	-

Conditionnement

Plaque multi puits par boite	4
Inserts par boite	24