

## FICHE TECHNIQUE

**REFERENCE :**
**713247**



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



### Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	713247
Conditionnement	En Multirack à charnière
Volume	10 µl
Graduation	2, 5, 10
Longueur	45,34 mm
Couleur	naturel
Filtre	non
Low Retention	oui
Stérilité	oui
Autoclavable	Oui



### Unités :

960 pointes