

## FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

**713263**



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



### Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Référence       | 713263                   |
| Conditionnement | En Multirack à charnière |
| Volume          | 200 µl                   |
| Graduation      | 10, 50, 100, 200         |
| Longueur        | 58,57 mm                 |
| Couleur         | naturel                  |
| Filtre          | oui                      |
| Low Retention   | oui                      |
| Stérilité       | oui                      |
| Autoclavable    | non                      |

### Unités :

960 pointes

