

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

713266




La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Référence | 713266 |
| Conditionnement | En Multirack à charnière |
| Volume | 1250 µl |
| Graduation | 200, 500, 1000 |
| Longueur | 102 mm |
| Couleur | naturel |
| Filtre | oui |
| Low Retention | oui |
| Stérilité | oui |
| Autoclavable | non |



Unités :

768 pointes