

Formation à la maintenance biomédicale Niveau 3 norme AFNOR

Produit : Flow-i/c

Ventilateur d'anesthésie



Objectif :

Le stage est destiné à permettre au participant de :

- d'interpréter la documentation technique
- de réaliser les opérations de maintenance préventive
- de calibrer et vérifier le respirateur
- d'effectuer la maintenance curative niveau 3,

Connaissances requises :

- Ce stage s'adresse aux **techniciens** ayant de l'expérience en maintenance des appareils d'électronique médicale

Planning de la formation

Durée :

- 2,5 jours

Dates de formation

- ★ à déterminer pendant la période de garantie

Lieu de formation

- ★ sur site, au Centre Hospitalier
- ★ au centre de formation Getinge

Programme :

- Vue générale du système
- Présentation de l'interface utilisateur
- Etude de l'unité pneumatique
- Réalisation d'une maintenance
- Explication du contrôle avant utilisation
- Interprétation du menu Biomédical

Pratique :

- Démontage / Remontage mécanique
- Démontage / Remontage électronique

Calibration

Contrôle de fonctionnement

Nettoyage, stérilisation

Résumé