

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
B12001	MANCHE DE BISTOURI N° 4 INOX	3661219002659
	SCALPEL HANDLE N° 4 STAINLESS STEEL	 3 661219 002659

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

01-004

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

I - Incision
I - Incision
I - Incision

L A N D A N G E R

Manches de bistouris, lames U.U. - Scalpel handles, disposable blades - Mangos de bisturís, hojas disponibles

Manches acier inoxydable
Stainless steel handles
Mangos acero inoxidable



N° 4

B12001
13,5 cm - 5 1/4"

Manches acier inoxydable
Stainless steel handles
Mangos acero inoxidable



N° 4

B12001G
13,5 cm - 5 1/4"


Manches acier inoxydable
Stainless steel handles
Mangos acero inoxidable



N° 4L

B11014
21 cm - 8 1/4"

Manches acier inoxydable
Stainless steel handles
Mangos acero inoxidable



N° 4L
Coudé
Angled
Angulada

B12009
21,5 cm - 8 1/2"

Lame carbone
Carbon blade
Hoja carbono



N° 18

B130180

Lame carbone
Carbon blade
Hoja carbono



N° 19

B130190

Lame carbone
Carbon blade
Hoja carbono



N° 20

B130200

Lame carbone
Carbon blade
Hoja carbono



N° 21

B130210

Lame carbone
Carbon blade
Hoja carbono



N° 22

B130220

Lame carbone
Carbon blade
Hoja carbono



N° 23

B130230

Lame carbone
Carbon blade
Hoja carbono



N° 24

B130240

Lame carbone
Carbon blade
Hoja carbono



N° 36

B130360



100
Stérile
Sterile
Estéril

I - 4

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B12001	MANCHE DE BISTOURI N° 4 INOX	3661219002659
	SCALPEL HANDLE N° 4 STAINLESS STEEL	 3 661219 002659

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

12235

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X6Cr17(1.4016)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

01-004

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*