

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B256801	CISEAUX METZENBAUM DROITS POINTU-MOUSSE L:300MM	3661219332022
	METZENBAUM SCISSORS STRAIGHT BLADES SHARP-BLUNT L:300MM	 3 661219 332022

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

03-023

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

LANDANGER

Ciseaux à dissection - Dissecting scissors - Tijeras para disección

METZENBAUM

Droit Straight Recta	Courbe Curved Curva		Droit Straight Recta	Courbe Curved Curva
 B256201	B256251	15 cm - 6"	 B256202	B256252
B256301	B256351	18 cm - 7"	B256302	B256352
B256401	B256451	20 cm - 8"	B256402	B256452
B256501	B256551	23 cm - 9"	B256502	B256552
B256601	B256651	26 cm - 10 ¹ / ₄ "	B256602	B256652
B256701	B256751	28 cm - 11"	B256702	B256752
B256801	B256851	30 cm - 11 ³ / ₄ "	B256802	B256852

Pointu / Mousse
Sharp / Blunt
Aguda / Roma



B256251

B256201
15 cm - 6"

Pointu / Pointu
Sharp / Sharp
Aguda / Aguda



B256252

B256202
15 cm - 6"

III - Ciseaux
III - Scissors
III - Tijeras

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



III - 23

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B256801	CISEAUX METZENBAUM DROITS POINTU-MOUSSE L:300MM	3661219332022
	METZENBAUM SCISSORS STRAIGHT BLADES SHARP-BLUNT L:300MM	 3 661219 332022

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

38727

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X39Cr13(1.4031)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

03-023

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).