

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
B801975	ECARTEUR VOLKMANN L:220MM 6 GRIFFES SEMI-POINTUES 9X28MM MANCHE AJOURE	3661219335924
	VOLKMANN RETRACTOR L:220MM WITH 6 SEMI SHARP TEETH 9X28MM ON PERFORATED HANDLE	 3 661219 335924

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

07-025

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Écarteurs - Retractors - Separadores

VOLKMANN

Pointu
Sharp
Agudo



Semi-Pointu
Semi-Sharp
Semi-Agudo



Mousse
Blunt
Romo



 B80151 22 cm - 8 5/8"	25 mm B801490 9 x 8 mm B80151 9 x 13 mm B80161 9 x 19 mm B80171 9 x 28 mm B80191 9 x 36 mm B80211	25 mm B801491 9 x 8 mm B801575 9 x 13 mm B801675 9 x 19 mm B801775 9 x 28 mm B801975 9 x 36 mm B802175	25 mm B801491 9 x 8 mm B80156 9 x 13 mm B80166 9 x 19 mm B80176 9 x 28 mm B80196 9 x 36 mm B80216
--	---	--	---

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

VII - Écarteurs
 VII - Retractors
 VII - Separadores

VII - 25

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B801975	ECARTEUR VOLKMANN L:220MM 6 GRIFFES SEMI-POINTUES 9X28MM MANCHE AJOURE	3661219335924
	VOLKMANN RETRACTOR L:220MM WITH 6 SEMI SHARP TEETH 9X28MM ON PERFORATED HANDLE	 3 661219 335924

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

45918

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

07-025

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*