

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B803940	VALVE MALLEABLE SURMOULEE SILICONE REUTILISABLE - 2 POINTS ACCROCHAGES - 300X50MM	3661219012030
	REUSABLE MALLEABLE BLADE, SILICONE COATED, WITH 2 ANCHORS 300X50MM	 3 661219 012030

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

07-041

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Écarteurs valves malléables - Retractors malleable blades - Separadores Valvas maleables

SILICONE SURMOULÉE
SILICON COATED
SILICONE MOLDEADAS

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

Valves souples
Flexible blades
Válvulas ligeras

Avec 2 points d'accrochage - With 2 anchors - Con 2 puntos de enganche



B803940 
50 mm
30 cm - 11 3/4"

Avec 4 points d'accrochage - With 4 anchors - Con 4 puntos de enganche



B803941
50 mm
30 cm - 11 3/4"

Valve ferme
Firm blade
Válvula rígida

Sans point d'accrochage - Without any anchor - Sin puntos de enganche



B803942
50 mm
30 cm - 11 3/4"

VII - Écarteurs
VII - Retractors
VII - Separadores

VII - 41

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B803940	VALVE MALLEABLE SURMOULEE SILICONE REUTILISABLE - 2 POINTS ACCROCHAGES - 300X50MM	3661219012030
	REUSABLE MALLEABLE BLADE, SILICONE COATED, WITH 2 ANCHORS 300X50MM	 3 661219 012030

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

45918

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

SILICONE

Nuance matière :
Material grade :

SILICONE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

07-041

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*