

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC21224-13	CISEAUX CARDIOVASC PERIPHERIQUE DIETHRICH L:130MM 90°	3661219264484
	DIETHRICH PERIPHERAL CARDIOVASCULAR SCISSORS L:130MM 90°	 3 661219 264484

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

02-028

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

Delacroix-Chevalier
Paris

Diethrich Scissors / Ciseaux Diethrich / Tijeras Diethrich

Diethrich

2 - Scissors

The image displays a large central illustration of a Diethrich Scissor. Surrounding it are smaller images of different models, each with its reference number and dimensions:

- 25°:**
 - DC21221-13 L : 130 mm - 5"
 - DC21221-18 L : 180 mm - 7"
- 45°:**
 - DC21222-13 L : 130 mm - 5"
 - DC21222-18 L : 180 mm - 7"
- 60°:**
 - DC21223-13 L : 130 mm - 5"
 - DC21223-18 L : 180 mm - 7"
- 90°:**
 - DC21224-13 L : 130 mm - 5"
 - DC21224-18 L : 180 mm - 7"
- 125°:**
 - DC21225-13 L : 130 mm - 5"
 - DC21225-18 L : 180 mm - 7"

28

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC21224-13	CISEAUX CARDIOVASC PERIPHERIQUE DIETHRICH L:130MM 90°	3661219264484
	DIETHRICH PERIPHERAL CARDIOVASCULAR SCISSORS L:130MM 90°	 3 661219 264484

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X38CrMoV15(1.4117)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

02-028

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*