

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC30500-00	ECARTEUR THORACIQUE FINOCHIETTO-MATHEY AVEC 4 PAIRES DE VALVES DC30510-22, DC30511-30, DC30512-35, DC30513-50	3661219129998
	FINOCHIETTO-MATHEY THORACIC RETRACTOR W/ 4 PAIRS OF BLADES DC30510-22, DC30511-30, DC30512-35, DC30513-50	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

03-034


DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

3 - Retractors

Delacroix-Chevalier
Paris

Finochietto-Mathey Thoracic Retractor / Écarteur Thoracique Finochietto-Mathey / Separador Torácico Finochietto-Mathey

Finochietto-Mathey



DC30500-00

c max: 190 mm - d : 160 mm

Included / Inclus / Incluidos: DC30510-22 (pair / paire / par)
DC30511-30 (pair / paire / par)
DC30512-35 (pair / paire / par)
DC30513-50 (pair / paire / par)



DC30510-22

Pair / Paire / Par

a : 58 mm - b : 22 mm



DC30511-30

Pair / Paire / Par

a : 38 mm - b : 30 mm




DC30512-35

Pair / Paire / Par

a : 62 mm - b : 35 mm

DC30513-50

a : 65 mm - b : 50 mm



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30500-00	ECARTEUR THORACIQUE FINOCHIETTO-MATHEY AVEC 4 PAIRES DE VALVES DC30510-22, DC30511-30, DC30512-35, DC30513-50	3661219129998
	FINOCHIETTO-MATHEY THORACIC RETRACTOR W/ 4 PAIRS OF BLADES DC30510-22, DC30511-30, DC30512-35, DC30513-50	 3 661219 129998

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

45182

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + SILICONE / STAINLESS STEEL + SILICONE

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306) + SILICONE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

03-034

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*