

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC40426-50	CLAMP CIRCULAIRE A POUMON DU DR PETRELLA L:290MM 2 MORS FENETRES DIA. 50 MM	3661219301899
	PETRELLA CIRCULAR LUNG CLAMP L:290MM 2 FENESTRATED DIA.50MM JAWS	 3 661219 301899

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.2-068

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

Petrella Clamps / *Clamps Petrella* / Clamps Petrella

Petrella

1 Fenestrated Jaw
1 Mors Fenêtré
1 Boca Aventanada

2 Fenestrated Jaws
2 Mors Fenêtrés
2 Bocas Aventanadas

-  **DC40425-40**
L : 270 mm - 10^{2/3}" - ø : 40 mm
- DC40425-50**
L : 290 mm - 11^{2/5}" - ø : 50 mm
- DC40425-60**
L : 310 mm - 12^{1/5}" - ø : 60 mm

- DC40426-40**
L : 270 mm - 10^{2/3}" - ø : 40 mm
-  **DC40426-50**
L : 290 mm - 11^{2/5}" - ø : 50 mm
- DC40426-60**
L : 310 mm - 12^{1/5}" - ø : 60 mm

4.2 - Clamps

68

2/3

Copyright LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER SA – Rue Renée et Louis Landanger - Z.I. La Vendue - CS 52152 - 52906 CHAUMONT Cedex 9
Téléphone / Phone +33 (0)3 25 02 10 10 Télécopie / Fax +33 (0)3 25 02 10 20

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC40426-50	CLAMP CIRCULAIRE A POUMON DU DR PETRELLA L:290MM 2 MORS FENETRES DIA. 50 MM	3661219301899
	PETRELLA CIRCULAR LUNG CLAMP L:290MM 2 FENESTRATED DIA.50MM JAWS	 3 661219 301899

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62468

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.2-068

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*