

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC42201-13	MICRO CLAMP VASC NEONATAL NOURISSON CV L:130MM	3661219137030
	INFANT CV NEONATAL MICRO VASCULAR CLAMP L:130MM	 3 661219 137030

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.1-036

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

4.1 - Small Clamps



Castaneda Clamps / Clamps Castaneda / Clamps Castaneda

Angled Shanks / Branches Coudées / Bocas Anguladas

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Castaneda



DC42200-13
L : 130 mm - 5 1/5"



DC42201-13
L : 130 mm - 5 1/5"



DC42202-13
L : 130 mm - 5 1/5"



DC42203-12
L : 125 mm - 4 7/8"



DC42204-11
L : 110 mm - 4 3/8"



DC42205-15
L : 150 mm - 5 4/5"



DC42206-15
L : 150 mm - 5 4/5"



DC42207-15
L : 150 mm - 5 4/5"



DC42208-12
L : 120 mm - 4 4/5"



Serrated and Graduated Jaws
Mors Gradués et Striés
Bocas Graduadas y Estriadas



Copyright LANDANGER - 2009 - 2020

1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC42201-13	MICRO CLAMP VASC NEONATAL NOURISSON CV L:130MM	3661219137030
	INFANT CV NEONATAL MICRO VASCULAR CLAMP L:130MM	 3 661219 137030

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62468

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.1-036

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*