

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC84013-41	PORTE-AIGUILLES MICROMICS MORS TUNGSTENE DROITS L:410MM D:5MM AVEC VERROU	3661219416463
	MICROMICS NEEDLE HOLDER STRAIGHT TUNGSTEN JAWS L:410MM D:5MM WITH RATCHET	 3 661219 416463

Catalogues / *catalogs*

MIS 2021

Chapitre-page

101

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



MicroMICS Needle Holder / *Porte-Aiguilles MicroMICS / Porta-Agujas MicroMICS*



TC Inserts

Ø 5 mm

Suture from 7/0 to 4/0
Suture de 7/0 à 4/0
Sutura desde 7/0 hasta 4/0



NEW
NOUVEAU
NUEVO

Registered Design
Modèle déposé
Diseño registrado

Straight
Droite
Recta



DC84013-33
WL : 160 mm - 6 1/2"
L : 330 mm - 12 4/5"

DC84013-35
WL : 180 mm - 7"
L : 350 mm - 13 4/5"

DC84013-41
WL : 240 mm - 9 1/2"
L : 410 mm - 16"

Curved
Courbe
Curva



DC84012-35
WL : 180 mm - 7"
L : 350 mm - 13 4/5"

DC84012-41
WL : 240 mm - 9 1/2"
L : 410 mm - 16"

Suture
Suture
Sutura

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

101

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC84013-41	PORTE-AIGUILLES MICROMICS MORS TUNGSTENE DROITS L:410MM D:5MM AVEC VERROU	3661219416463
	MICROMICS NEEDLE HOLDER STRAIGHT TUNGSTEN JAWS L:410MM D:5MM WITH RATCHET	 3 661219 416463

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + POLYMERE / STAINLESS STEEL + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X2CrNi18-9(1.4307) + X6CrNi18-10(1.4301) + X8CrNiS18-9(1.4305) + X10CrNi18-8(1.4310) + POLYPROPYLENE

Dimensions :

Voir désignations produits

MIS 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

101

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).