

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F25140	VALVE VAGINALE KRISTELLER ADULTE L:180MM 30X75MM (VALVE + SPECULUM)	3661219068273
	KRISTELLER ADULT BLADE L:180MM 30X75MM (BLADE AND SPECULUM)	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

08-044

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Valves vaginales - Vaginal blades - Valvas vaginales

JACKSON



Longueur
Length
Largo

16 cm - 6 1/4"

	Longueur Length Largo	Largeur Width Anchura
F251620	75 mm	40 mm
F251621	90 mm	40 mm
F251622	100 mm	40 mm

F251620

KRISTELLER



VALVE + SPECULUM
BLADE + SPECULUM
VALVULA + SPECULUM

	Longueur Length Largo	Largeur Width Anchura
F25130	70 mm	15 mm
F25135	70 mm	27 mm
F25140	75 mm	30 mm
F25145	90 mm	36 mm

18 cm - 7"

	Longueur Length Largo	Largeur Width Anchura
F251480	110 mm	18 mm
F251490	110 mm	21 mm
F25150	110 mm	27 mm
F25155	110 mm	30 mm
F25160	110 mm	36 mm

21 cm - 8 1/4"

F251490

VIII - Voies basses
VIII - Gyné/Olto/Procto
VIII - Gyné/Olto/Procto

VIII - 44

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F25140	VALVE VAGINALE KRISTELLER ADULTE L:180MM 30X75MM (VALVE + SPECULUM)	3661219068273
	KRISTELLER ADULT BLADE L:180MM 30X75MM (BLADE AND SPECULUM)	 3 661219 068273

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

45918

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

08-044

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*