

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                 | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G30180    | PORTE AIGUILLE RYDER MORS ETROIT L:200MM TUNGSTENE | 3661219070580                                                                                          |
|           | RYDER NEEDLE HOLDER L:200MM NARROW JAWS TC         | <br>3 661219 070580 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

06-021

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

LANDANGER

Porte-aiguilles vasculaires - Vascular needle holders - Porta agujas vasculares

| RYDER                                                                                                                |                       |        | MICRO-RYDER     |                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------|-------|
|                                                                                                                      | Mors<br>Jaws<br>Bocas |        |                 | Mors<br>Jaws<br>Bocas |       |
| <br>Gaucher<br>Left-handed<br>Zurdo | 16 mm                 | G30160 | 13 cm - 5"      | G301601               | 16 mm |
|                                                                                                                      | 18 mm                 | G30164 | 15 cm - 6"      | G301641               | 18 mm |
|                                                                                                                      | 21 mm                 | G30170 | 18 cm - 7"      | G301701               | 21 mm |
|                                                                                                                      | 22 mm                 | G30180 | 20 cm - 8"      | G301801               | 22 mm |
|                                                                                                                      | 22 mm                 | G30182 | 23 cm - 9"      | G301821               | 22 mm |
|                                                                                                                      | 23 mm                 | G30190 | 26 cm - 10 1/4" | G301901               | 23 mm |



G30170  
18 cm - 7"

VI - 21

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                 | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G30180    | PORTE AIGUILLE RYDER MORS ETROIT L:200MM TUNGSTENE | 3661219070580                                                                                          |
|           | RYDER NEEDLE HOLDER L:200MM NARROW JAWS TC         | <br>3 661219 070580 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

12726

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

06-021

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*