

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I010026	LARYNGOSCOPE CHIRURGICAL BASIC D INT:13X18MM LU 190MM POUR LONG COU, DIMENSIONS EXTERNE 26X17MM, AVEC ASPIRATION	3661219401582
	BASIC SURGICAL LARYNGOSCOPE ID:13X18MM WL 190MM FOR LONG NECK, OD:26X17MM, WITH SUCTION	 3 661219 401582

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

322

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Laryngoscopes - Laryngoscopes - Laringoscopios

	A	B		Avec aspiration With suction Con succión
Fig. 1 - L : 105 mm	Ø 11 mm	19,5 x 12 mm	I010010	I010020
Fig. 2 - L : 120 mm	Ø 11 mm	21 x 13 mm	I010011	I010021
Fig. 3 - L : 105 mm	Ø 12 mm	21 x 13 mm	I010012	I010022
Fig. 4 - L : 140 mm	Ø 14,5 mm	27 x 15 mm	I010013	I010023
Fig. 5 - L : 140 mm	Ø 16 mm	29 x 19 mm	I010014	I010024
Fig. 6 - L : 150 mm	Ø 13 x 18 mm	26 x 17 mm	I010015	I010025
Fig. 7 - L : 190 mm	Ø 13 x 18 mm	26 x 17 mm	I010016	I010026











Laryngoscope
Laryngoscope
Laryngoscope

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

322
4/5

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I010026	LARYNGOSCOPE CHIRURGICAL BASIC D INT:13X18MM LU 190MM POUR LONG COU, DIMENSIONS EXTERNE 26X17MM, AVEC ASPIRATION	3661219401582
	BASIC SURGICAL LARYNGOSCOPE ID:13X18MM WL 190MM FOR LONG NECK, OD:26X17MM, WITH SUCTION	 3 661219 401582

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

36637

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + ALUMINIUM / STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

Nuance matière :
Material grade :

X5CrNi18-10(1.4301) + X8CrNiS18-9(1.4305) + Alu

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ORL 2021

322

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*