

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I010140	CISEAUX LARYNGE L:220MM DROITE, TUBE CONIQUE 3,0/2,0MM	3661219402107
	MICRO LARYNGEAL SCISSORS L:220MM STRAIGHT, CONICAL SHAFT 3,0/2,0MM	 3 661219 402107

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

332

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Micro ciseaux - Micro scissors - Micro tijeras

170 mm

Ø 1 mm

Droit Straight Recta	Coudé 45° Angled 45° Curva 45°	Courbe droite Right curve Curva derecha	Courbe gauche Left curve Curva izquierda
I010170	I010176	I010172	I010174

Ouverture horizontale
Horizontal opening
Apertura horizontal

I010144 I010145



I010170
27 cm - 10 1/2"

220 mm

Ø 1 mm

Ø 2 mm

Droit Straight Recta	Coudé 45° Angled 45° Curva 45°	Courbe droite Right curve Curva derecha	Courbe gauche Left curve Curva izquierda
I010171	I010177	I010173	I010175
I010140	I010143	I010141	I010142

Ouverture horizontale
Horizontal opening
Apertura horizontal

Ø 2 mm I010178 I010179



I010143
32 cm - 12 3/4"

250 mm

Ø 2 mm

Droit Straight Recta	Coudé 45° Angled 45° Curva 45°	Courbe droite Right curve Curva derecha	Courbe gauche Left curve Curva izquierda
I010090	I010093	I010091	I010092

Ouverture horizontale
Horizontal opening
Apertura horizontal

I010094 I010095



I010093
35 cm - 10"

332



Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I010140	CISEAUX LARYNGE L:220MM DROITE, TUBE CONIQUE 3,0/2,0MM	3661219402107
	MICRO LARYNGEAL SCISSORS L:220MM STRAIGHT, CONICAL SHAFT 3,0/2,0MM	 3 661219 402107

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X5CrNi18-10(1.4301) + X8CrNiS18-9(1.4305) + X10CrNi18-8(1.4310)

Dimensions :
Outer dimensions :

Voir désignations produits
See products description
Chapitre-pages

ORL 2021

332

Nettoyage/Pré-désinfection :
Cleaning / Pre-disinfection :

Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).