

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I050057	MICRO POINTE COURBE COURBURE MOYENNE 160MM DE WULLSTEIN	3661219403012
	WULLSTEIN MICRO NEEDLE L:160MM CURVED POINTED	 3 661219 403012

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

172

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Micro crochets - Pointes - Micro hooks - Pick - Micro ganchos - Puntas

45°

/: 0,2 mm	I050060	I050070
/: 0,4 mm	I050061	I050071
/: 0,6 mm	I050062	I050072
/: 0,8 mm	I050063	I050073
/: 1,0 mm	I050064	I050074
/: 1,2 mm	I050065	I050075
/: 1,5 mm	I050066	I050076
/: 2,0 mm	I050067	I050077
/: 2,5 mm	-	I050078

90°

/: 0,2 mm	I050060	I050070
/: 0,4 mm	I050061	I050071
/: 0,6 mm	I050062	I050072
/: 0,8 mm	I050063	I050073
/: 1,0 mm	I050064	I050074
/: 1,2 mm	I050065	I050075
/: 1,5 mm	I050066	I050076
/: 2,0 mm	I050067	I050077
/: 2,5 mm	-	I050078

WULLSTEIN

Pointe / Pick / Punto

I050055	Droite / Straight / Recta
I050056	Légèrement courbe / Little curved / Pequeña curva
I050057	Courbe / Curved / Curva
I050058	Très courbe / Very curved / Muy curva

Mousse/Blunt/Despuntar

I050059	Courbe / Curved / Curva
---------	-------------------------




I050062
16 cm - 6 1/4"




I050056




I050057



I050058
16 cm - 6 1/4"

172

1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I050057	MICRO POINTE COURBE COURBURE MOYENNE 160MM DE WULLSTEIN	3661219403012
	WULLSTEIN MICRO NEEDLE L:160MM CURVED POINTED	 3 661219 403012

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46768

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ORL 2021

172

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*