

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I152000	CURETTE BAIONNETTE L:270MM 2,5MM SEMI TRACHANTE COURBE BAS 45°	3661219406662
	BAYONET SPOON CURETTE L:270MM, 2,5MM SEMI-SHARP 45° CURVED DOWNWARDS	

Catalogues / catalogs

ORL 2018

Chapitre-page

83

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Curette baïonnette - Curette bayonet - Curetas bayoneta

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2019

L : 270 mm

I151990	2.0 mm - 45°		I151990
I151991	2.0 mm - 90°		
I151992	4.0 mm - 45°		
I151993	4.0 mm - 90°		
I151994	5.0 mm - 90°		

L : 270 mm

I151950	2.0 mm - Droite		I151957
I151957	2.0 mm - 45° - Courbe haut/Curved up/Curvado arriba		
I151958	4.0 mm - 45° - Courbe haut/Curved up/Curvado arriba		

L : 270 mm

I152000	2.5 mm		I152000

L : 270 mm

I152005	4.5 mm - Légèrement/Slightly/Ligeramente		I152006
I152006	4.5 mm - Très courbe/Very curved/Muy curva		
I152007	4.5 mm - 45°		

L : 270 mm

I151951	2.0 mm		I151951
I151952	3.0 mm		

2 - SINUS
SINUS / SEHO

83

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I152000	CURETTE BAIONNETTE L:270MM 2,5MM SEMI TRCHANTE COURBE BAS 45°	3661219406662
	BAYONET SPOON CURETTE L:270MM, 2,5MM SEMI-SHARP 45° CURVED DOWNWARDS	 3 661219 406662

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

47525

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ORL 2018

83

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*