

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J162924	MICRO DISSECTEUR SPATULE BAIONNETTE L:240MM 5MM TRANCHANT, VERS LE BAS	3661219432807
	BAYONET MICRO SPATULA DISSECTOR L:240MM 5MM SHARP, ANGLED DOWN	 3 661219 432807

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

79

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Micro Dissecteur - Micro Dissector - Micro Disectores

Hosobuchi	Flexible Flexible Flexible		Tranchant Sharp Cortante		
	Vers le haut Upward Hacia arriba	Vers le bas Downward Hacia abajo	Droit Straight Recto	Vers le haut Upward Hacia arriba	Vers le bas Downward Hacia abajo
					
8 x 100mm	8 x 100mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
J162998	J162920	J162921	J162922	J162923	J162924
L : 260 mm - 10 ^{1/2} "	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "

Copyright © LANDANGER - 2019

IV - Dissecteurs
IV - Dissector
IV - Disectores

79

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J162924	MICRO DISSECTEUR SPATULE BAIONNETTE L:240MM 5MM TRANCHANT, VERS LE BAS	3661219432807
	BAYONET MICRO SPATULA DISSECTOR L:240MM 5MM SHARP, ANGLED DOWN	 3 661219 432807

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

11290

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

79

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*