

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J32160	CISEAU BURIN FARABEUF MANCHE LOURD L:250MM 10MM	3661219077985
	FARABEUF BONE CHISELS HEAVY HANDLE L:250MM 10MM	 3 661219 077985

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-075

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Ciseaux burins, gorges - Bone chisels, gouges - Osea cincelas, gubias

Burin
Bone chisel
Osea cincela



J32190
25 cm - 10"

FARABEUF

	30 mm	25 mm	20 mm	15 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	6 mm
25 cm - 10"	J32220	J320815	-	-	-	-	-	-	-
25 mm	J32210	J320814	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	J32200	J320813	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	J32190	J320812	-	-	-	-	-	-	-
14 mm	-	-	-	-	J36600	-	-	-	-
12 mm	J32170	-	-	-	J36590	-	-	-	-
10 mm	J32160	J320810	-	-	J36580	-	-	-	-
8 mm	J32150	-	-	-	J36570	-	-	-	-
6 mm	J32140	-	-	-	J36560	-	-	-	-

Gouge
Gouge
Gubia



J36600
25 cm - 10"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2022

XIII - Osseux
XIII - Bone surgery
XIII - Cirugía osea

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J32160	CISEAU BURIN FARABEUF MANCHE LOURD L:250MM 10MM	3661219077985
	FARABEUF BONE CHISELS HEAVY HANDLE L:250MM 10MM	 3 661219 077985

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

12844

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X30Cr13(1.4028)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

13-075

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).