

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J44060	POINTE CARREE OMBREDANNE 5MM L:220MM	3661219079781
	OMBREDANNE SQUARE-SHAPED POINT 5MM L:220MM	 3 661219 079781

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-090

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Poinçons - Punches - Punzones

ISSELIN

Avec œillet
With hole
Con agujero

☐ 2,5 mm **J440070**

Sans œillet
Without hole
Sin agujero

☐ 2,5 mm **J440075** 

OMBREDANNE

Pointe carrée
Square point
Punta cuadrada

16 cm - 6 5/16"

☐ 2 mm **J44032**

☐ 3 mm **J44035**

☐ 4 mm **J44010** 

☐ 5 mm **J44020**

Pointe carrée
Square point
Punta cuadrada

22 cm - 8 3/4"

☐ 3 mm **J44040**

☐ 4 mm **J44050**

☐ 5 mm **J44060** 

☐ 6 mm **J44066**

☐ 7 mm **J44070**


J440075
16,5 cm - 6 1/2"


J44005
13 cm - 5 1/8"


J44010
16 cm - 6 5/16"


J44060
22 cm - 8 3/4"

XIII - Osseux
XIII - Bones surgery
XIII - Cragla ossea


Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J44060	POINTE CARREE OMBREDANNE 5MM L:220MM	3661219079781
	OMBREDANNE SQUARE-SHAPED POINT 5MM L:220MM	 3 661219 079781

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

47457

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE + POLYMERE / STAINLESS STEEL + POLYMER

Material type :

Nuance matière :

X30Cr13(1.4028) + POM C

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

13-090

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).