

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J72430	DAVIER VERBRUGGE REDUCTEUR 1 MORS DENTE 1 MORS ACERE L:260MM	3661219082255
	VERBRUGGE REDUCING BONE HOLDING FORCEPS 1 TOOTHED JAW 1 SHARP JAW L:260MM	 3 661219 082255

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-129

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Daviers - Bone holding forceps - Pinzas para huesos

VERBRUGGE



J72360
18 cm - 7"

Préhenseur
Prehensile
Prensador



J72355 15 cm - 6"



J72360 18 cm - 7"



J72370 24 cm - 9 1/2"



J72380 26 cm - 10 1/4"



J72390 28 cm - 11"

Réducteurs
Reducing
Reductor



J72405



J72410



J72420



J72430



J72440

Réducteurs
Reducing
Reductor

: 1 mors denté
: 1 toothed jaw
: 1 boca dentada

: 1 mors acéré
: 1 sharpened jaw
: 1 boca acerada

Préhenseur
Prehensile
Prensador

: 2 mors dentés
: 2 toothed jaws
: 2 bocas dentadas

XIII - 129

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIII - Oseaux
XIII - Bone surgery
XIII - Cirugía ósea

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J72430	DAVIER VERBRUGGE REDUCTEUR 1 MORS DENTE 1 MORS ACERE L:260MM	3661219082255
	VERBRUGGE REDUCING BONE HOLDING FORCEPS 1 TOOTHED JAW 1 SHARP JAW L:260MM	 3 661219 082255

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

46751

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

13-129

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).