

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J732000	CADRE DE CHARNLEY COMPLET AVEC 2 VALVES ET 1 POIDS	3661219082644
	CHARNLEY COMPLETE FRAME WITH 2 BLADES AND 1 WEIGHT	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-142

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Écarteur, mains de plomb - Retractor, lead hands - Separador, manos de plomo

Grande valve seule
Large blade only
Valvula grande sóla

J732010
25 x 40 mm



CHARNLEY

Petite valve seule
Small blade only
Valvula pequena sóla

J732005
25 x 50 mm



Poids seul avec chaîne
Weight only with chain
Peso sólo con cadena

J732020



CADRE COMPLET AVEC 2 VALVES ET 1 POIDS
COMPLETE FRAME WITH 2 BLADES AND 1 WEIGHT
CUADRO COMPLETO CON 2 VALVAS Y 1 PESO

J732000
24 x 30 cm
9 1/2" x 11 3/4"



MAIN DE PLOMB ADULTE
ADULT LEAD HANDS
MANOS DE PLOMO ADULTO



J733000
33 cm - 13"

MAIN MALLÉABLE SILICONÉE
MALLEABLE HAND SILICONE
MANOS MALLEABLE SILICONA



J733050
33 cm - 13"

Non lestée
No weighted
Sin ponderada

J733050

Lestée
Weighted
Ponderada

J733060

XIII - Osseux
XIII - Bones surgery
XIII - Cirugía ósea

 1/3

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIII - 142

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J732000	CADRE DE CHARNLEY COMPLET AVEC 2 VALVES ET 1 POIDS	3661219082644
	CHARNLEY COMPLETE FRAME WITH 2 BLADES AND 1 WEIGHT	 3 661219 082644

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

45181

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

13-142

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*