

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
V78170	MANDRIN DE GUYON FREUDENBERG AVEC POIGNEE OUVRANTE L:410MM	3661219124887
	GUYON FREUDENBERG CHUCK WITH OPENING HANDLE L:410MM	 3 661219 124887

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

15-032

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Matériel divers - Miscellaneous materials - Materiales varios

LORTAT-JACOB



35 cm - 13 3/4"

Cadre pliant 2 fois - 5 branches
Double folding frame - 5 branches
Cuadro plegable 2 veces - 5 ramas

V78130

21 cm - 8 1/4"

27 cm - 10 1/2"

1/3

MAYO



Epingles à instruments
Instruments pins
Alfileres de instrumentos

10 cm - 4"

V78090
14 cm - 5 1/2"



9,5 cm - 3 3/4"

V78100
9,5 cm - 3 3/4"

9,5 cm - 3 3/4" V78100

12,5 cm - 4 3/4" V78110

20 cm - 8" V781150

2/5

GUYON-FREUDENBERG



ø 2 mm

V78170
41 cm - 16 1/4"

3/4

CHEATLE

Pour instruments
For instruments
Para instrumentos



V782000
27 cm - 10 1/2"

XV - Divers
XV - Miscellaneous
XV - Diversos

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XV - 32

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
V78170	MANDRIN DE GUYON FREUDENBERG AVEC POIGNEE OUVRANTE L:410MM	3661219124887
	GUYON FREUDENBERG CHUCK WITH OPENING HANDLE L:410MM	 3 661219 124887

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

33968

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X5CrNi18-10(1.4301)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

15-032

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*