



# Fiche Technique VSC6006-05 6006-05 SCANLAN® STERNAL NEEDLE HOLDERS



6006-05 SCANLAN® Sternal Needle Holders, Straight Jaws

#### **Identification du fabricant ou de la distribution**

Scanlan International, Inc. est le fabricant légal de ces appareils.

**Le certificat CE, y compris l'organisme de certification et la classe dans laquelle il est notifié au dispositif medical**  
Cet appareil est CE Class I- ISO 13485 Certificate délivré par DEKRA B.V.

#### **Les sites de production**

Scanlan International Inc. Saint Paul, MN USA

#### **Origine et qualité des matières premières**

Allemagne

#### **Procédés de fabrication, étapes de finition et de traitement**

Le SCANLAN® Sternal Needle Holders est forgé en Allemagne; la fabrication de l'appareil est achevée aux États-Unis.

#### **Le protocole de marquage des instruments (laser or DATA MATRIX)**

Le SCANLAN® Sternal Needle Holders est marqué au laser avec un identifiant de périphérique unique DATAMATRIX.

#### **Protocole de stérilisation à la vapeur à 134 ° C, 18 minutes**

S'il vous plaît voir le document-

MÉTHODES DE RECONDITIONNEMENT DES INSTRUMENTS SCANLAN®  
CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 17664.

#### **Cleaning protocol during commissioning**

S'il vous plaît voir le document-

MÉTHODES DE RECONDITIONNEMENT DES INSTRUMENTS SCANLAN®  
CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 17664.



## Technical Document

### Instrument maintenance conditions

S'il vous plaît voir le document-

MÉTHODES DE RECONDITIONNEMENT DES INSTRUMENTS SCANLAN®  
CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 17664.

### Instrument maintenance conditions by the manufacturer during the period of guarantee

S'il vous plaît voir le document-

GARANTIE, Entretien et maintenance des instruments.